

ΚΩΔ. 53852

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΟΝΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Οι συσκευές να φέρουν:

Ρύγχος διάτρησης με αεραγωγό, αντιβακτηριακό φίλτρο και πώμα. Οι συσκευές να είναι σε όλο το μήκος τους για φωτοευαίσθητα φάρμακα . Ο εύκαμπτος σταγονοθάλαμος να φέρει **φίλτρο υγρού 4 μm για κατακράτηση δυσδιάλυτων ουσιών και αποφυγή εισόδου αέρα στο σύστημα έγχυσης ώστε να μην χρειάζεται επανεξαέρωση της συσκευής**, ενέργεια η οποία απαιτεί κατανάλωση μεγάλης ποσότητας φαρμάκου άρα αυξημένο κόστος.

Ολισθαίνον κλείστρο για ρύθμιση ή διακοπή της ροής.

Ενσωματωμένο μη αποσπώμενο εξάρτημα ασφαλείας για την προστασία από την ελεύθερη ροή.

Περιστρεφόμενη αρσενική σύνδεση Luer Lock με υδρόφοβο πώμα διακοπής ροής και υδρόφοβο φίλτρο. Συνολικό μήκος συσκευής τουλάχιστον μεγαλύτερο των 270cm και όγκο πλήρωσης περίπου 26 ml +/-5% .

Σε ατομική συσκευασία, αποστειρωμένη με αιθυλενοξειδίο, DEHP-free, LATEX-free. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αντλία για 96 ώρες και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε στείρο πεδίο.