

Αύ 21 FRCP

Μπαλόκι διαστολής χοληδόχου πόρου, προωθούμενο επί οδηγού σύρματος υψηλής πίεσης (τουλάχιστον 12atm) - πολλαπλών μήκων και διαμέτρων - με σύστημα πλήρωσης. Το μπαλόκι να φέρει τουλάχιστον δύο ακτινοσκοπικούς δείκτες σε εγγύς και άπω άκρο και να διαθέτει εγγύς ανοικτό κανάλι οδηγού σύρματος, ώστε να είναι συμβατό με την τεχνική ανοιχτού καναλιού- ταχείας ανταλλαγής

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  
ΒΑΣΙΛΕΥΣΕ ΠΟΥΛΗΤΑ  
ΓΑΣΤΡΟΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΣΤΡΟΕΝΤΕΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΑΣ  
- ΓΑΣΤΡΟΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΣΥ  
ΑΜΚΑ: 147 7000459 - Α.Μ. ΤΣΑΥ 03601