


Προδιαγραφές Υλικού:

Εξατομικευμένο ενδαγγειακό μόσχευμα με εσωτερικούς ή εξωτερικούς κλάδους ή/και θυρίδες για Υπερνεφρικά, θωρακοκοιλιακά ανευρύσματα και αορτικών διαχωρισμών

- Set Αορτικό Θυριδωτό (Fenestrated) Ενδομόσχευμα που περιέχει 1. κυρίως σώμα με εξατομικευμένη διάνοιξη θυρών για νεφρικές ή/και σπλαγχνικά αγγεία, 2. Δύο (2) Προεκτάσεις λαγονίων αρτ.
- Να αποτελείται από ανεξάρτητους δακτυλίους και να είναι κατάλληλο για αυχένα με μεγάλη γωνίωση (έως 90ο), επίσης, να έχει άγκιστρα στήριξης και σταθεροποίησης στον αυχένα.
- Να διαθέτει σύστημα μαγνητών στο κυρίως σώμα και στον οδηγό σύρμα εισαγωγής για την υποβοήθηση του καθετηριασμού του ετερόπλευρου σκέλους.
- Να συνοδεύεται από μακρύ θηκάρι 7-9Fr X45-60cm (αναλόγος των αναγκών του περιστατικού).
- Να συμπεριλαμβάνονται και όλα τα τυχόν παρελκόμενα υλικά (Lunderquist 3.0m, Terumo stiff Long σύρμα, μπαλόνι μορφοποίησης, θηκάρια, κλπ) για την επιτυχημένη διεξαγωγή της επέμβασης.
- Να συμπεριλαμβάνονται και όλα τα τυχόν παρελκόμενα υλικά (stiff σύρμα, μπαλόνι μορφοποίησης, θηκάρια, snares, κλπ) για την επιτυχημένη διεξαγωγή της επέμβασης.
- Τα ανωτέρω μόσχευματα θα πρέπει να παραδίδονται εντός 15-20 εργάσιμων ημερών από την ημερ/νία παραγγελίας τους.


Χρήστος Ιωάννου
Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής
Δ/ντής Κλινικής Χειρουργικής Θώρακος - Αγγείων -



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου
ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΓΤΕΙΩΝ - ΘΩΡΑΚΟΣ - ΚΑΡΔΙΑΣ
Δ/ντής: Καθηγητής Χρήστος Ιωάννου
Γραμ.: 2810 392 676, Γραφ: 2810 392 393, Κλ.: 2810 375 365
vascsurg@pagni.gr, xioannou@uoc.gr, ioannou@med.uoc.gr

Προτεραιότητα: Υψηλή/Επείγον

Ηράκλειο, 23 Απριλίου 2026

Προς: Γραφείο Προμηθειών

ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ -- ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Όνοματεπώνυμο: Ζερβάκης Γεώργιος του Νικηφόρου

έτος γέννησης: 1944

ΑΜΚΑ: 02014401430

Τηλ: 6977504971, 2810324359, 6943680526

Ο ανωτέρω ασθενής πάσχει από παρανεφρικό ανευρύσμα της κοιλιακής αορτής με διαμέτρου (στα 5.6 εκ), στην πρόσφατη αξονική τομογραφία. Ο ασθενής δεν έχει κατάλληλο υπονεφρικό αυχένα καθιστώντας ακατάλληλη τη χρήση απλού ενδοαυλικού υπονεφρικού μοσχεύματος, αυξάνοντάς τους περιγχειρητικούς κινδύνους σε μία ανοιχτή χειρουργική αλοκατάσταση. Ως εκ τούτο καταλληλότερη μέθοδος αντιμετώπισης του ανευρύσματος της κοιλιακής αορτής αποτελεί η ενδοαυλική τοποθέτηση με κεντρική επέκταση στην υπερνεφρική αορτή στο ύψος των σπλαγγνικών αρτηριών με εξατομικευμένο ενδομόσχευμα.

Ο ασθενής είναι 82 ετών με ιστορικό υπέρτασης, δυσλιπιδαιμίας, σακχαρώδη διαβήτη, καταθλιπτική συνδρομή, στεφανιαία νόσος (με CAGB x4 το 2003), και χρόνια κολπική μαρμαρυγή (υπό Xarelto 15mg). Για τις προαναφερόμενες παθήσεις λαμβάνει την ανάλογη αγωγή.

Με βάση τα ανατομικά χαρακτηριστικά του ανευρύσματος μπορεί να αντιμετωπισθεί ενδοαγγειακά με ειδικό εξατομικευμένο θυριδωτό ενδομόσχευμα, και μέσω των θυρών θα γίνει η γεφύρωσή τους με της σπλαγγνικές αρτηρίες για να εξασφαλιστεί η αιμάτωση των σπλάγγνων (Fenestrated Endovascular Aneurysm Repair: FEVAR). Το ενδομόσχευμα αυτό θα είναι ειδικά κατασκευασμένα μετά από παραγγελία (custom-made) με τα οποία η στήριξη μεταφέρεται κεντρικότερα σε σχετικά υγιές τμήμα της υπερνεφρικής - κατιούσας θωρακικής αορτής, ενώ η αιμάτωση των νεφρικών και των λοιπών σπλαγγνικών αρτηριών διασφαλίζεται διά μέσω ειδικών θυρών στο ενδομόσχευμα (Fenestrated endograft).

Να σημειωθεί πως η ενδοαγγειακή αντιμετώπιση των ανευρυσμάτων της κοιλιακής αορτής, και ιδιαίτερα των θωρακικών και θωρακό-κοιλιακών ανευρυσμάτων έχει μειώσει την περιγχειρητική

θνητότητα και νοσηρότητα στους ασθενείς αυτούς και θεωρείτε ασφαλέστερη για τον συγκεκριμένο ασθενή.

Τέλος, είναι σημαντικό να τονίσω το **ανεύρυσμα λόγω των διαστάσεών του κρίνεται επικίνδυνο για ρήξη και συνεπώς για την ζωή του**. Να σημειώσω ότι σε ενδεχόμενη ρήξη η συνολική θνητότητα και νοσηρότητα υπερβαίνει το 80-90%, ακόμα και εάν αυτό συμβεί ενώ νοσηλεύεται εντός του νοσοκομείου.

Για τους παραπάνω λόγους παρακαλώ όπως προβείτε το ταχύτερο δυνατόν στην προμήθεια του εξατομικευμένου ενδομοσχεύματος και για τις δικές σας άμεσες ενέργειες το συντομότερο δυνατό ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος ρήξης του ανευρύσματος του ασθενούς και κατά συνέπεια ο κίνδυνος θανάτου του. Να τονίσω ότι άμεση και γρήγορη διεκπεραίωση του αιτήματος παραγγελίας από το Γραφείο Προμηθειών έχει μεγάλη σημασία διότι η Εταιρία χρειάζεται περίπου 6 εβδομάδες για να κατασκευάσει το ειδικό, εξατομικευμένο αυτό μόσχευμα. Να σημειώσω ότι για το παραπάνω υλικό έχουμε κωδικό νοσοκομείου (287763).

Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Με τιμή,

Ο Διευθυντής/της Κλινικής

Χρήστος Ιωάννου
Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής
Δ/ντής Κλινικής Χειρουργικής Θώρακος –
Αγγείων – Καρδιάς