

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ για τη ΧΟΓΚ του ΠΑΓΝΗ

Τεχνικές Προδιαγραφές Απρίλιος 2026

Το τροχήλατο προορίζεται για τη Χειρουργική-Ογκολογική Κλινική του ΠΑΓΝΗ, κατόπιν σχετικού αιτήματος (13365 ΕΞ2026) και θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Συνολικές διαστάσεις 70X70X90 (ύψος) εκατοστά περίπου. Το ύψος είναι χωρίς τα προστατευτικά.
- Κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από υψηλής ποιότητας ισχυρό πολυμερές υλικό ή από υψηλής ποιότητας ισχυρό πολυμερές υλικό με μεταλλική βάση. Η δομή του θα είναι ισχυρή και συμπαγής, αύθραστη, χωρίς πόρους, ικανή να αντέχει σε ισχυρά καθαριστικά και απολυμαντικά που χρησιμοποιεί το νοσοκομείο.
- Αποσυναρμολογούμενο και εξ ολοκλήρου πλενόμενο και απολυμαινόμενο στους 90οC, με στρογγυλεμένες άκρες για τον εύκολο καθαρισμό του.
- Εργονομική λαβή ωθήσεως και στις γωνίες της βάσης του προσκρουστήρα για την εξομάλυνση των κραδασμών
- Η επιφάνεια εργασίας θα φέρει τρία προστατευτικά χείλη, ύψους 50mm περίπου και θα είναι ανθεκτική σε χάραξη, σε καθαριστικά και απολυμαντικά.
- Το τροχήλατο θα συνοδεύεται με επιπλέον προσθαφαιρούμενη επιφάνεια από ανοξείδωτο ή άλλο υλικό αντοχής.
- Θα διαθέτει 6 συρτάρια, εκ των οποίων τα 4 με ύψος μετώπης 100mm περίπου, και άλλα 2 μεγαλύτερου βάρους και ύψος μετώπης περίπου 300mm για τη φύλαξη ογκωδών αντικειμένων (π.χ. φιάλες ορών). Τα συρτάρια θα είναι προσθαφαιρούμενα επάνω σε υποδομή με ράγες ρουλεμάν και σύστημα φρεναρίσματος ώστε να μην χτυπούν κατά το κλείσιμο. Τα συρτάρια θα διαθέτουν εσωτερικά διαχωριστικά προς επιλογή.
- Ειδική θέση για την τοποθέτηση μόνιτορ ή απινιδωτή, κάδο απορριμάτων και στήριγμα για κυτίο απόρριψης αιχμηρών.
- Στη βάση θα φέρει τέσσερεις (4) περιστρεφόμενους αντιστατικούς τροχούς διαμέτρου 125 χιλ. περίπου, οι δύο με φρένο.

Λοιπές υποχρεώσεις

- Ο προμηθευτής αλλά και η κατασκευάστρια εταιρεία πρέπει να διαθέτουν ISO 9001 και ISO 13485 για την εμπορία και τεχνική υποστήριξη (με κατάθεση των αντίστοιχων πιστοποιητικών).
- Θα πρέπει να παρέχεται από τον προμηθευτή εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και δυνατότητα παροχής ανεξάρτητων ανταλλακτικών για 10 έτη.
- Όλα τα είδη θα είναι α΄ποιότητας κατασκευής ΕΕ (πιστοποιημένα).
- Οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές και επιτρέπονται μικροαποκλίσεις από αυτές εφόσον πληρούνται οι λειτουργικές απαιτήσεις άνεσης και εργονομίας.
- Όλες οι οικονομικές προσφορές θα συνοδεύονται από πλήρες και ευκρινές φυλλάδιο παρουσίασης (προσπέκτους) καθώς και τεχνικές προδιαγραφές.
- Θα κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης με τις παραπάνω προδιαγραφές.
- Το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα τεχνικά στοιχεία και δείγματα για τα προσφερόμενα είδη σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού. Η προσκόμιση, αποστολή, επιστροφή των ειδών προς εξέταση γίνεται με κίνδυνο και δαπάνη του υποψηφίου Προμηθευτή.
- Το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα να απορρίψει οικονομική προσφορά για λόγους πέραν από το ύψος της βασιζόμενο σε κριτήρια γενικότερης εμφάνισης, αντοχής και ποιότητας φινιρίσματος, είτε σε κριτήρια τα οποία προκύπτουν έπειτα από την άμεση αντίληψη και επί τόπου εξέταση των προσφερομένων ειδών.
- Στην οικονομική προσφορά συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά στο σημείο ακριβώς που θα

υποδειχθεί, η συναρμολόγηση, η τυχόν προσωρινή αποθήκευση, νεκροί χρόνοι και γενικά κάθε είδους παράπλευρη δαπάνη. Επίσης συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μικροεξαρτήματα, υλικά συνδέσεων, μικροεργασίες και μικροϋλικά επί τόπου της θέσης εγκατάστασης. Τα είδη παραδίδονται αποσυσκευασμένα και πλήρως συναρμολογημένα, τα δε υλικά συσκευασίας απομακρύνονται από τον Προμηθευτή.

- Στην επιλογή των ειδών βαρύνουσα γνώμη έχει η ΧΟΓΚ και η Νοσηλευτική Υπηρεσία. Προσφερόμενα είδη τα οποία δεν θα είναι τεκμηριωμένα αποδεκτά από αυτές, θα απορρίπτονται.
- Είδη τα οποία κατά την παράδοση διαπιστώνεται από την Επιτροπή Παραλαβής ότι αποκλίνουν ουσιωδώς από την προσφορά του Προμηθευτή, δεν θα γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται με δαπάνη του Προμηθευτή.
- Ως χρόνος παράδοσης των παραπάνω ειδών ορίζονται οι **30** εργάσιμες ημέρες.
- Δημοσίευση των προδιαγραφών αυτών ισοδυναμεί με αποδοχή τους από τη ΧΟΓΚ και τη Νοσηλευτική Υπηρεσία.

Για την Τεχνική Υπηρεσία
Α. Κατσαράκης