

Α17.271

Παρακαλώ όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να προμηθευτείτε τα παρακάτω είδη με εξωσυμβατικό αίτημα.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟ ΜΕΙΟΥ	ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
252807	Ενδοσκοπικός σάκος συλλήψεως παρασκευασμάτων (latex free), με ένδειξη κατεύθυνσης ανοίγματος του σάκου ενδοκοιλιακά, ράμια περίπαρσης και πλήρες περιμετρικό μεταλλικό έλασμα ανοίγματος και σταθεροποίησής του που προχωρεί εντός του στειλεού ένθεσης, για να προσφέρει αντίσταση και στιβαρότητα κατά την ένθεση του παρασκευάσματος στον σάκο. Να είναι χωρητικότητας 1500cc. Με στυλεό εφαρμογής 15mm.	50

Επιπρόσθετα, για να είναι ελεγχόμενη η διαδικασία αποθήκευσης και διανομής και να ισχύει η εγγύηση του κατασκευαστή στα προμηθευόμενα είδη, αλλά και για να υπάρχει εξασφαλισμένη ενημέρωση του Νοσοκομείου που προφυλάσσει τον ασθενή σε περίπτωση ανάκλησης θεωρούμαι απαραίτητο ότι ο προμηθευτής οφείλει:

Α) Να διαθέτει την πλήρη νομική εγγύηση του κατασκευαστικού οίκου για τα προϊόντα που πωλεί.

Β) Να διαθέτει εκπαιδευμένο προσωπικό και να παρέχει τεχνική υποστήριξη 24/365 σύμφωνα με τα τεχνικά και βιομηχανικά πρότυπα του κατασκευαστικού οίκου.

Γ) Να ενημερώνεται εγκαίρως σχετικά με κάθε ανάκληση προϊόντος ή διορθωτικό μέτρο ασφαλείας κατά τη χρήση καθώς και για κάθε έλλειψη αποθέματος.

Δ) Να παρέχει οδηγίες για την αποθήκευση και το χειρισμό των προϊόντων σε κατάλληλες συνθήκες/συσκευασίες και τον χειρισμό τους σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του κατασκευαστή.

Τα παραπάνω να αποδεικνύονται με την υπόδειξη των αντίστοιχων εγγράφων που εκδίδονται από τον κατασκευαστικό οίκο.