


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΟΡΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΑΥΤΟΕΚΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΧΩΡΙΣ ΡΑΜΜΑΤΑ (ΚΩΔ: 328645)
<p style="text-align: center;">328645</p> <p style="text-align: center;">ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΟΡΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΑΥΤΟΕΚΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΧΩΡΙΣ ΡΑΜΜΑΤΑ</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Να αποτελείται από τρεις γλωχίνες, κατασκευασμένες από βόειο περικάρδιο προσαρμοσμένες στον σκελετό της. 2. Ο ιστός της να έχει υποστεί ειδική επεξεργασία ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη διάρκεια της βαλβίδας και η αντοχή της στην ασβεστοποίηση 3. Ο σκελετός της να μπορεί να συμπτύσσεται και να εκπτύσσεται. 4. Να τοποθετείται με αυτοσυγκρατούμενο μηχανισμό χωρίς την ανάγκη συρραφής (sutureless) στο δακτύλιο μετά από αφαίρεση της πάσχουσας βαλβίδας. 5. Να απαιτείται μικρός πλήρης κύκλος πλύσης – ξεπλύματος ή και καθόλου ξέπλυμα. 6. Να προσφέρεται σε τέσσερα μεγέθη και να μπορεί να προσαρμόζεται εύκολα, ιδιαίτερα σε μικρούς αορτικούς δακτυλίους. 7. Να διατίθεται μαζί με το πλήρες σύστημα εμφύτευσης. 8. Οι μετρητές του δακτυλίου (sizers) πρέπει να είναι ακριβείς, εύχρηστοι, σταθεροί, επαναποστεψίσιμοι και σε όλα τα μεγέθη. Να προσφέρονται παράλληλα με τις βαλβίδες και οι αντίστοιχοι ολοκληρωμένοι δίσκοι με σετ μετρητών. 9. Η βαλβίδα πρέπει να προσφέρεται συσκευασμένη σε σφραγισμένο κουτί και να συνοδεύεται με ημερομηνίες συσκευασίας / λήξης, καθώς και οδηγίες αποσυσκευασίας - χειρισμού - εμφύτευσης και στα ελληνικά. 10. Να είναι ακτινοσκοπική και συμβατή με τη διενέργεια μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς 11. Να διαθέτουν πιστοποιητικό FDA ή αντίστοιχο ευρωπαϊκό πιστοποιητικό. 12. Να έχει άριστη αιμοδυναμική συμπεριφορά και να διαθέτει καλό δείκτη απόδοσης (performance index). 13. Όλα τα δεδομένα των επιπλοκών (αντοχή στο χρόνο, θρομβοεμβολές, παραβαλβιδικές διαφυγές, αιμόλυση, μέση κλίση πιέσεως, ενδοκαρδίτιδα, κλπ) και η αντίσταση της βαλβίδας στην ασβεστοποίηση να τεκμηριώνονται από μεγάλες μελέτες (ει δυνατόν πολυκεντρικές) που έχουν δημοσιευτεί και καταχωρηθεί στη διεθνή βιβλιογραφία. 14. <u>Να διατίθενται σε μορφή παρακαταθήκης.</u> <p>ΤΕΜΑΧΙΑ: 4</p>


 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
 ΧΑΡΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟ-ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
 ΕΠΙΤΗ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΡΟΦΑΓΓΕΛΙΑ Γ.Ν.Η.
 Α.Μ. ΤΣΑΥ. 026571X . Α.Μ.ΚΑ. 0966700650