



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ



Ηράκλειο Κρήτης, 12/03/2025

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ – 7^η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΣ: Τμήμα Προμηθειών ΠαΓΝΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διευθύντρια: Αν. Καθ. Χριστίνα Καλπαδάκη

Δ/νση: Βούτες, Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ.: 2810392584
email: hematology.lab@med.uoc.gr

Θέμα: «Τεχνικές Προδιαγραφές για τον κωδικό είδους 20663».

Φιαλίδια αιμοληψίας κενού, αποστειρωμένα, συνθετικά ή από άθραυστο γυαλί, διπλού τοιχώματος, ολικής πλήρωσης με αντιπηκτικό SODIUM CITRATE 3.2% - 0,109M. Χωρητικότητας από 3,0ml έως και 3,5ml, διαστάσεων 13x75mm. Με βιδωτό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο έως 2cm. Με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για τα στοιχεία του ασθενούς.

Να πληρεί τις προδιαγραφές CE. Να αναγράφεται το LOT παραγωγής και η μέθοδος αποστείρωσης, η συγκέντρωση και ονομασία του αντιπηκτικού και η ημερομηνία λήξης.

Με εκτίμηση,

ΧΡΙΣΤΙΝΑ Η. ΚΑΛΠΑΔΑΚΗ

Διευθύντρια Εργαστηρίου Αιματολογίας
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εργαστηριακής Αιματολογίας