

Προδιαγραφές για Ουροσυλλέκτες με ευρύ αυλό. *ΕΣΔ ΥΛ: 179625*

*90%*

Ουροσυλλέκτης 4 Lit κλειστού κυκλώματος με ιδιαίτερα ευρύ αυλό, για έκπλυση της ουροδόχου κύστης σε ασθενείς με επίμονη αιματουρία ή αιματοκύστη. Να διαθέτει σταγονομετρικό θάλαμο με βαλβίδα μη παλινδρόμησης, και θύρα δειγματοληψίας. Να είναι διαβαθμισμένος ανά 100 ml, από υποαλλεργικό υλικό με ενισχυμένη διπλή συρραφή για αποφυγή διαρροών. Ο σωλήνας σύνδεσης να είναι μήκους τουλάχιστον 120 cm, με μεγάλη εσωτερική διάμετρο, ανθεκτικός, με διακόπτη ροής και clip στερέωσης, κάνουλα εκκένωσης τύπου T, σύστημα ανάρτησης πλαστικό για την κλίνη. Αποστειρωμένο σε ατομική συσκευασία, μιας χρήσης, latex free.

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Κ. ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ**  
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ  
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  
ΚΡΗΤΗΣ

