

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΑΓΝΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ιούνιος 2025

Το ερμάριο (filling cabinet) θα χρησιμοποιηθεί για την αρχειοθέτηση γυάλινων πλακακιών αιματολογικών εξετάσεων με κύριο σκοπό την έρευνα. Η δαπάνη γίνεται κατόπιν σχετικού αιτήματος (20698 ΕΞ2025). Οι προδιαγραφές είναι οι εξής:

Ποσότης: **2 τεμάχια.**

- _Χωρητικότητα **160.000** τουλάχιστον (επιθυμητή και μεγαλύτερη χωρητικότητα, ως **200.000** πλακίδια). Διαστάσεις περίπου πλάτος**1020** X βάθος**730** X ύψος**1630** χιλιοστά. Οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές και επιτρέπονται μικροαποκλίσεις
- _Βάρος περί τα 250 Kgr
- _Υλικό κατασκευής χαλυβδόφυλλα πάχους 1,2χιλιοστών για το σώμα και 1,5 χιλιοστά για τα συρτάρια, βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας.
- _Συρτάρια αρχειοθέτησης διαφορετικού βάθους. Κάθε συρτάρι θα είναι εφοδιασμένο με πλαστικά διάχωρα παράλληλα με το βάθος τους για την ευχερέστερη αρχειοθέτηση, με δυνατότητα διαφορετικών συνδυασμών. Εγκάρσια θα διαθέτουν δευτερεύοντα διαχωριστικά. Τα συρτάρια θα μπορούν με ασφάλεια να προβάλλουν σε όλο τους το βάθος και θα διαθέτουν μηχανισμό στοπ. Στη μετώπη τους θα έχουν εργονομική λαβή και πεδίο αναγραφής των περιεχομένων τους.
- _Κεντρική κλειδαριά.
- _Επιλογή από χρωματολόγιο 4 χρωμάτων.

Λοιπές υποχρεώσεις του Προμηθευτή

- ✓ Τα προσφερόμενα είδη θα είναι εργοστασιακής κατασκευής, από μονάδα παραγωγής πιστοποιημένη με ISO 9001:8 και ISO 13485. Ιδιοκατασκευές δεν επιτρέπονται.
- ✓ Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει επίσης πιστοποίηση ISO 9001:8 και ISO 13485 για εμπορία και τεχνική υποστήριξη
- ✓ Οι προσφορές θα συνοδεύονται από αντίγραφα των πιστοποιήσεων του κατασκευαστή και του προμηθευτή.
- ✓ Σήμανση CE
- ✓ Θα παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον 5 έτη.
- ✓ Οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές και επιτρέπονται μικροαποκλίσεις από αυτές εφόσον πληρούνται οι λειτουργικές απαιτήσεις άνεσης και εργονομίας.
- ✓ Όλες οι οικονομικές προσφορές θα συνοδεύονται από πλήρες φυλλάδιο παρουσίασης (προσπέκτους) και τεχνικές προδιαγραφές.
- ✓ Το νοσοκομείο έχει δικαίωμα να απορρίψει οικονομική προσφορά για λόγους πέραν από το ύψος της (ακόμα και εάν είναι συμφερότερη), βασιζόμενο και:
 - _σε κριτήρια εργονομίας, γενικότερης εμφάνισης, αντοχής, ποιότητας, φινιρίσματος των προσφερομένων ειδών, όπως αυτή τεκμαίρεται από τα φυλλάδια και τις τεχνικές προδιαγραφές.
 - _σε κριτήρια που προκύπτουν έπειτα από την άμεση αντίληψη και την επί τόπου εξέταση των προσφερομένων ειδών.
 - _σε κριτήρια αντοχής απέναντι σε μηχανικές καταπονήσεις.
 - _εφόσον κριθεί ότι η προσφορά είναι υπερβολικά χαμηλή για την αιτούμενη ποιότητα.
- ✓ Το νοσοκομείο έχει δικαίωμα να ζητήσει δείγματα και πρόσθετα τεχνικά στοιχεία για τα προσφερόμενα είδη.
- ✓ Θα συνεκτιμηθεί η γνώμη εκπροσώπου του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου
- ✓ Στην οικονομική προσφορά συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά-εγκατάσταση στον χώρο εντός του Νοσοκομείου που θα υποδειχθεί, η συναρμολόγηση, η τυχόν προσωρινή αποθήκευση, νεκροί χρόνοι και γενικά κάθε είδους παράπλευρη δαπάνη.
- ✓ Ως χρόνος παράδοσης του παραπάνω είδους ορίζονται οι **30** εργάσιμες ημέρες.
- ✓ Δημοσίευση των ανωτέρω ισοδυναμεί με αποδοχή τους από το Παθολογοανατομικό εργαστήριο.

Για την Τεχνική Υπηρεσία
Α. Κατσαράκης