

**Τεχνικές Προδιαγραφές Επαναχρησιμοποιούμενες Περιχειρίδες Αρτηριακής Πίεσης Συμβατές
Με Παλμικό Οξύμετρο Masimo Rad-97 NIBP.**

1. Οι περιχειρίδες να διαθέτουν θηλυκή σύνδεση Quick Connect, συμβατή με σωλήνες BP με αρσενική σύνδεση Quick Connect.
2. Οι περιχειρίδες πρέπει να είναι ανθεκτικά, επαναχρησιμοποιούμενες, ανθεκτικές και σχεδιασμένες για πολλαπλή κλινική χρήση.
3. Ο προμηθευτής θα παρέχει τεκμηρίωση συμβατότητας με τον Masimo Rad-97 NIBP, μέσω εγχειριδίων χρήσης ή/και πιστοποιητικών συμμόρφωσης.
4. Οι περιχειρίδες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στα ακόλουθα μεγέθη, ώστε να καλύπτουν όλο τον πληθυσμό ασθενών:
 - Περιχειρίδα Βρέφους – 8–13 cm
 - Περιχειρίδα Παιδική – 12–19 cm
 - Περιχειρίδα Μικρού Ενηλίκου – 17–25 cm
 - Περιχειρίδα Μέσου Ενηλίκου – 25–40 cm
5. Να μην περιέχουν λατέξ και PVC. Να είναι ανθεκτικά και κατάλληλα για επαναλαμβανόμενη φούσκωση.
6. Οι περιχειρίδες να είναι Ιατρικού τύπου ύφασμα, εύκολο στον καθαρισμό, ανθεκτικό σε κλινικές συνθήκες και να αντέχει σε τυπικές διαδικασίες απολύμανσης.
7. Ο προμηθευτής θα παρέχει ανταλλακτικές περιχειρίδες για όλα τα αναφερόμενα μεγέθη.
8. Να διαθέτουν ελάχιστη διάρκεια εγγύησης 12 μηνών.
9. Να καλύπτεται με πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου με τις προβλεπόμενες διεθνείς προδιαγραφές της Ε.Ε. με σήμανση CE και ISO.
10. Ο προμηθευτής να διαθέτει EN ISO 9001 και να πληροί τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 και να διαθέτει EN ISO 13485 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων) τουλάχιστον.
11. Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης για την ρητή κάλυψη κάθε προδιαγραφής, με τις αντίστοιχες παραπομπές στα φυλλάδια, περιγραφικά έντυπα και εγχειρίδια του κατασκευαστικού οίκου, επί ποινή αποκλεισμού.

ΒΡΑΧΜΑΚΗ ΟΛΓΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Α.Ε.Ν.Η.