

Προδιαγραφές για καλύμματα φωτοθεραπείας.

Καλύμματα για οπτική ίνα φωτοθεραπείας,

- να είναι κατασκευασμένα από μαλακό ύφασμα, και φιλικό προς το δέρμα.
- να είναι ακτινοδιαπερατά (radiolucent),

αυτό σημαίνει να είναι ειδικά κατασκευασμένα ώστε οι ακτίνες X να περνούν μέσα από αυτά **χωρίς** να εμφανίζονται ανεπιθύμητες σκιές ή αλλοιώσεις στη διαγνωστική εικόνα.

Διάστασής περίπου 40 εκ. μήκος με 20 εκ πλάτος.