

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΟΝΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ


ΚΩΔ.:67280

Συσκευή χορήγησης υγρών διαλυμάτων μέσω αντλίας. Οι συσκευές να φέρουν:

- Ρύγχος διάτρησης με αεραγωγό, αντιβακτηριακό φίλτρο και πώμα.
- Διαφανή εύκαμπτο σταγονοθάλαμο με φίλτρο υγρού 4 μm για κατακράτηση δυσδιάλυτων ουσιών και αποφυγή εισόδου αέρα στο σύστημα έγχυσης ώστε να μην χρειάζεται επανεξαέρωση της συσκευής, ενέργεια η οποία απαιτεί κατανάλωση μεγάλης ποσότητας φαρμάκου άρα αυξημένο κόστος.
- Ολισθαίνον κλείστρο για ρύθμιση ή διακοπή της ροής.
- Ενσωματωμένο μη αποσπώμενο εξάρτημα ασφαλείας για την προστασία από την ελεύθερη ροή.
- Περιστρεφόμενη αρσενική σύνδεση Luer Lock με υδρόφοβο πώμα διακοπής ροής και υδρόφοβο φίλτρο.
- Συνολικό μήκος συσκευής τουλάχιστον μεγαλύτερο του 260cm και όγκο πλήρωσης περίπου 26 ml.
- Σε ατομική συσκευασία, αποστειρωμένη με αιθυλενοξειδίο, DEHP-free, LATEX-free.
- Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αντλία για 96 ώρες και σε στείρο πεδίο.

Η εταιρεία να προσφέρει ως συνοδό εξοπλισμό αντλίες, πύργους και καλώδια διασύνδεσης με τον ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενούς μέσω του συστήματος ακοπ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ


ΣΑΜΙΟΥΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
RN, MPH, PhD
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΜΕΘ