

Ενδεικτικές Προδιαγραφές

Κατ' Υλ.:

286384

Οδηγό σύρμα 0,035 inch από υλικό Nitinol με τελικό άκρο υδρόφιλο (τουλάχιστον σε μήκος 5cm), ευθύ και εύκαμπτο σε μήκος 3cm. Το υπόλοιπο τμήμα να φέρει επικάλυψη PTFE. Το εγγύς άκρο να είναι εύκαμπτο σε μήκος τουλάχιστον 10 εκατοστά για εύκολη και ασφαλή προώθηση εύκαμπτου ουρητηροσκοπίου. Συνολικό μήκος σύρματος τουλάχιστον 150 εκατοστά

ΚΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ν. ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
Π.Α.Γ.Ν.Η. Κ. Μ. ΤΣΑΥ. 52888
ΑΜΚΑ 12057001172