



## ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘ. Νευρολογίας Παναγιώτης Μήτσιας

A17.353

Προς: Γρ. Προμηθειών  
Κοινοποίηση: Χειρουργείο

Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑ  
Ηράκλειο: .  
Αριθ. Πρωτ.:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ  
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  
ΚΛΙΝΙΚΗ

Μέλη ΔΕΠ

Ιατροί ΕΣΥ

Ανδρέας Γιαννόπουλος  
Διευθυντής ΕΣΥ

Δημήτρης Καραμπέτσος  
Διευθυντής ΕΣΥ

Νίκος Χαχλιδάκης  
Επιμελητής Α'

Κατίνα Μανωλίτη  
Επικουρική Επιμελήτρια

Ειδικευόμενοι Ιατροί

Χρήστος Τσιτσιλάνης

Θανάσης Μπουντουταΐδης

Σοφία Λοζαριώτη

Κων/νος Ντάσικας

Προϊσταμένη Κλινικής  
Κυριακή Ζερβάκη

Υπεύθυνη Κλινικής  
Άννα Σκαμάγκα

Νοσηλευτική Στέση  
Τηλ.: 2813 40 2305

Ραντεβού Εξωτερικών Ια-  
τρών

Τηλ.: 2810 542 107, -8,-9

[www.pagnl.gr](http://www.pagnl.gr)

e-mail:  
[neurosurgery@pagnl.gr](mailto:neurosurgery@pagnl.gr)

ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές για Φρέζες κρανιοανάτρησης

Κωδ. Νοσοκομείου: 287294 ΦΡΕΖΑ ΚΡΑΝΙΟΑΝΑΤΡΗΣΗΣ ΚΡΑΝΙΟΤΟΜΟΥ

Φρέζα κρανιοανάτρησης σε αποστειρωμένη συσκευασία μιας χρήσεως που να προσφέρει μεγάλη σταθερότητα κοπής και ελάχιστο κίνδυνο της ακούσιας κοπής της μήνιγγας κατά τη διαδικασία της κρανιοανάτρησης (να διαθέτουν συνδετικό Hudson chuck οι οποίες να σταματούν αυτόματα όταν φτάσουν στην μήνιγγα).

Για τους κρανιοτόμους ANSPACH που διαθέτει το Νοσοκομείο μας) PERFORATOR 11-14-S 11-14mm

Δείγμα απαραίτητο

Μετα Τμήσης  
Δημήτρης Α. Καραμπέτσος  
Νευροχειρουργός  
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ε.Σ.Υ. Πα.Γ.Ν.Η  
ΑΜΚΑ: 15044703251 - Α.Μ. ΤΣΑΥ: 62126  
ΤΗΛ.: 2810 392385 - 6944 905533