

Για Κωδικό 53366 και Κ 53367

ΑΠ 27.
ΕΡCΡ

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΔΙΠΟΛΥΜΑΝΤΕΣ-ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ
ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΙΝΙ ΕΤΔ (GA).**

A) Υγρό απολυμαντικό, κατάλληλο για χρήση με τα αυτόματα πλυντήρια-απολυμαντές ευκάμπτων ενδοσκοπίων OLYMPUS/MIELE μοντέλο ΜΙΝΙ ΕΤΔ τα οποία βρίσκονται εγκατεστημένα στο Νοσοκομείο μας.

Να διαθέτει χημική σύνθεση με αντιμικροβιακά συστατικά και αλκοόλη, και συνδυασμό αλδευδών. Στα 100g να περιέχονται 20g γλουταραλδεύδη. Να εξασφαλίζει βέλτιστη δράση σε δοσολογία 12ml/lit (1,2%) και θερμοκρασία 58°C σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πλυντηρίου. Να μην απαιτεί αραίωση και η δοσομέτρηση του να πραγματοποιείται αυτόματα μέσω της υπάρχουσας ενσωματωμένης ειδικής αντλίας του πλυντηρίου. Να είναι κατάλληλο για την θερμοχημική απολύμανση ενδοσκοπίων και εξαρτημάτων, πλήρως συμβατό με τα αυτόματα πλυντήρια μοντέλο ΜΙΝΙ ΕΤΔ τα οποία είναι εγκατεστημένα στο Νοσοκομείο μας. Να κατατεθεί απαραίτητα πρωτότυπη δήλωση-πιστοποίηση συμβατότητας του προσφερόμενου είδους με τα εγκατεστημένα πλυντήρια μοντέλο ΜΙΝΙ ΕΤΔ, από τον οίκο κατασκευής των πλυντηρίων OLYMPUS/MIELE (Απαράβατος Όρος). Να διατίθεται σε δοχείο των 5 lit. Το προσφερόμενο υγρό απολυμαντικό Α θα αξιολογηθεί από κοινού με το προσφερόμενο υγρό απορρυπαντικό Β, λόγω συμβατότητας με τα εγκατεστημένα αυτόματα πλυντήρια-απολυμαντές ευκάμπτων ενδοσκοπίων OLYMPUS/MIELE μοντέλο ΜΙΝΙ ΕΤΔ τα οποία είναι εγκατεστημένα στο Νοσοκομείο μας.

B) Υγρό απορρυπαντικό, για χρήση με τα αυτόματα πλυντήρια-απολυμαντές ευκάμπτων ενδοσκοπίων OLYMPUS/MIELE μοντέλο ΜΙΝΙ ΕΤΔ τα οποία βρίσκονται εγκατεστημένα στο Νοσοκομείο μας.

Να διαθέτει χημική σύνθεση με μη ιονικά τασιενεργά, ένζυμα, γλυκόλες, συντηρητικά (γλυκόλες), διαλυτικά μέσα. Να εξασφαλίζει βέλτιστη δράση σε δοσολογία 6ml/lit (0,6%) και θερμοκρασία 45°C σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πλυντηρίου. Να μην απαιτεί αραίωση και η δοσομέτρηση του να πραγματοποιείται αυτόματα μέσω της υπάρχουσας ενσωματωμένης ειδικής αντλίας του πλυντηρίου. Να είναι κατάλληλο για την θερμοχημική απολύμανση ενδοσκοπίων και εξαρτημάτων, πλήρως συμβατό με τα αυτόματα πλυντήρια μοντέλο ΜΙΝΙ ΕΤΔ τα οποία είναι εγκατεστημένα στο Νοσοκομείο μας. Να κατατεθεί απαραίτητα πρωτότυπη δήλωση-πιστοποίηση συμβατότητας του προσφερόμενου είδους με τα εγκατεστημένα πλυντήρια μοντέλο ΜΙΝΙ ΕΤΔ, από τον οίκο κατασκευής των πλυντηρίων OLYMPUS/MIELE (Απαράβατος Όρος). Να διατίθεται σε δοχείο των 5 lit. Το προσφερόμενο υγρό απορρυπαντικό Β θα αξιολογηθεί από κοινού με το προσφερόμενο υγρό απολυμαντικό Α, λόγω συμβατότητας με τα εγκατεστημένα αυτόματα πλυντήρια-απολυμαντές ευκάμπτων ενδοσκοπίων OLYMPUS/MIELE μοντέλο ΜΙΝΙ ΕΤΔ τα οποία είναι εγκατεστημένα στο Νοσοκομείο μας.

ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΚΟΥΤΡΟΥΒΑΚΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΑΣΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΑΜΚΑ: 300703210 - Α.Μ. ΤΣΑΥ: 69541