

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

341618

Θηκάρι 33 cm για την ένθεση των ανωτέρω ενδαγγειακών υλικών με υδρόφιλη επικάλυψη και με σύστημα πλήρωσης και αποπλήρωσης. Να φέρει αιμοστατική βαλβίδα με μπαλόνι κατασκευασμένο από ασκό e-PTFE/FEP με εισαγωγέα περιστροφικού τύπου (Dry Seal Flex) μήκος 33cm καί διαμέτρου 14-24 Fr.

251935

Υπονεφρικό ενδοαυλικό μόσχευμα κοιλιακής αορτής, 2 τμημάτων (βασικό μόσχευμα και ετερόπλευρο σκέλος), κατασκευασμένο από e-PTFE/FEP με σκελετό από Nitinol. Διαθέτει άγκιστρα καθήλωσης για υπονεφρική στήριξη καθώς και σύστημα επανατοποθέτησης του βασικού μοσχεύματος. Το βασικό μόσχευμα διατίθεται σε διάφορες διαμέτρους έως 35mm και μήκοι έως 18cm, το οποίο να εισέρχεται από θηκάρια χαμηλού προφίλ. Το ετερόπλευρο σκέλος διατίθεται σε ποικιλία διαμέτρους 12-27mm και μήκος 10-14cm, το οποίο να εισέρχεται από θηκάρια χαμηλού προφίλ.

341615

Προέκταση, κεντρική ή/και περιφερική Ενδοαυλικού μοσχεύματος κατασκευασμένο από e-PTFE/FEP με σκελετό από Nitinol σε ποικιλία διαμέτρους 12-27mm και μήκος 10-14cm, το οποίο να εισέρχεται από θηκάρια χαμηλού προφίλ. Συμβατό με το μόσχευμα του κωδικού 251935.

284707

Καθετήρας μπαλόνι μορφοποίησης μοσχεύματος με οδηγό σύρμα. Να φέρει δύο ακτινοσκοπικούς markers σε κάθε άκρο. Να διατίθεται σε διαστάσεις 12mm, 22mm, 24mm και 32mm. Μήκος καθετήρα 80cm και 120 cm.

ΧΑΪΑΣ Γ. ΚΕΧΑΓΙΑΣ
ΕΠΙΚ. ΚΑΘ. ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝ. Π.Ν. ΝΟΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΜ: 99/30 / ΑΜΚΑ: 15057302153