

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ:

332803 (1)

Οδηγός καθετήρας επεμβατικής Νευροακτινολογίας μήκους 80cm- 90cm -100cm -110cm εσωτερικής διαμέτρου 0,071" και υδρόφιλης επικάλυψης 15cm.

342096 (2)

Ενδοανευρυσματικός τροποποιητής ροής για την αντιμετώπιση ενδοκρανιακών ανευρυσμάτων, αποτελούμενο από πυκνό πλέγμα από nitinol με πυρήνα από platinum. Να έχει δυνατότητα επανατοποθέτησης. Να μην είναι αναγκαία η χρήση πρόσθετου εμβολικού υλικού. Η συσκευή να είναι ηλεκτροαποσπώμενη

342092 (1)

Συσκευή θερμομηχανικής απόσπασης για WEB με χρήση κουμπιού. Να διαθέτει σήμανση, ακουστικούς δείκτες ετοιμότητας για χρήση, χωρίς συνδετικά καλώδια ή επιπρόσθετες μπαταρίες

332836 (1)

Οδηγό σύρμα steerable, με shapeable άκρο διαμέτρου 0,014" και 0,012" στο εγγύς άκρο και 0,0095", με πυρήνα από ανοξείδωτο χάλυβα και άκρο από πλατίνα και βολφράμιο. Να έχει υδρόφιλη επικάλυψη στο εγγύς τμήμα και επικάλυψη PTFE στο άπω τμήμα, τελικό άκρο μήκους 35cm ή 45cm και συνολικό μήκος 200cm ή 300cm

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΣΗΣ
ΕΠ. ΝΕΥΡΟΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΣΥ

28.01.2026