

287763

Τεχνικές προδιαγραφές

Εξατομικευμένο ενδαγγειακό μόσχευμα με εσωτερικούς ή εξωτερικούς κλάδους ή/και θυρίδες για Υπερνεφρικά, θωρακοκοιλιακά ανευρύσματα και αορτικών διαχωρισμών

- Εξατομικευμένα ενδαγγειακά μοσχεύματα με εσωτερικούς ή εξωτερικούς κλάδους και θυρίδες (αναλόγως της ανατομίας του ασθενούς) για θωρακοκοιλιακά ανευρύσματα ή διαχωρισμών, από Dacron με σκελετό (stent) από nitinol, το οποίο να κατασκευάζονται κατόπιν εξειδικευμένης παραγγελίας, αναλόγως τις ανάγκες / ανατομίας του εκάστοτε ασθενούς.

- Κύριο στέλεχος μοσχεύματος, από υφαντό πολυεστερικό υλικό (DACRON) ραμμένο σε αυτοεκτεινόμενες ενδοπροθέσεις από νιτινόλη (NITINOL) ή ανοξείδωτο χάλυβα (STAINLESS STEEL) με προ διαμορφωμένες θυρίδες. Αρθρωτό για την βέλτιστη ισορροπία του μοσχεύματος μέσα στο σάκο του ανευρύσματος. Ακίδες στο εγγύς τμήμα για πρόσθετη καθήλωση του μοσχεύματος.

- Να διαθέτει ασφάλειες δίνοντας την δυνατότητα μετακίνησης του μοσχεύματος ακόμη και μετά την απελευθέρωση του. Το φέρον σύστημα είναι προ φορτωμένο σε υδρόφιλα θηκάρια 18-20-22 Fr εισαγωγής χαμηλού προφίλ 18-20-22 Fr, με αιμοστατική βαλβίδα και με τριπλό μηχανισμό απελευθέρωσης και να φέρει ακτινοσκοπικούς δείκτες στο εγγύς, στο κεντρικό και στο περιφερικό τμήμα για την ακριβή τοποθέτησή του.

- Να συμπεριλαμβάνονται και όλα τα τυχόν παρελκόμενα υλικά (stiff σύρμα, μπαλόνι μπρφοποίησης, θηκάρια, κλπ) για την επιτυχημένη διεξαγωγή της επέμβασης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΛΤΙΑΣ
ΕΠΙΚ. ΚΑΘ. ΕΠΕΡΧΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤ. ΝΟΑΟΤΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΡΧΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤ. ΝΟΑΟΤΙΑΣ
ΠΑΝ. Π. ΝΟΣ. «ΡΑΛΛΕΙΟΥ»
ΑΜ: 99730 / ΑΜΚΑ: 15057302753