

Οι συσκευές να φέρουν:

Ρύγχος διάτρησης με αεραγωγό, αντιβακτηριακό φίλτρο και πώμα.  
Διαφανή εύκαμπτο σταγονοθάλαμο με φίλτρο υγρού 4 μm για  
κατακράτηση δυσδιάλυτων ουσιών και αποφυγή εισόδου αέρα στο  
σύστημα έγχυσης ώστε να μην χρειάζεται επανεξαέρωση της  
συσκευής, ενέργεια η οποία απαιτεί κατανάλωση μεγάλης ποσότητας  
φαρμάκου άρα αυξημένο κόστος.

Ολισθαίνον κλείστρο για ρύθμιση ή διακοπή της ροής.

Ενσωματωμένο μη αποσπώμενο εξάρτημα ασφαλείας για την  
προστασία από την ελεύθερη ροή.

Πλάγια διακλάδωση τύπου Y χωρίς τη χρήση βελόνης

Περιστρεφόμενη αρσενική σύνδεση Luer Lock με υδρόφοβο πώμα  
διακοπής ροής και υδρόφοβο φίλτρο.

Συνολικό μήκος συσκευής τουλάχιστον μεγαλύτερο του 260cm και  
όγκο πλήρωσης περίπου 26 ml. Σε ατομική συσκευασία,

αποστειρωμένη με αιθυλενοξείδιο, DEHP-free, LATEX-free.

Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αντλία για 96 ώρες και να μπορεί  
να χρησιμοποιηθεί σε στείρο πεδίο.

#### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΤΑΙΕΣ ΜΟΝΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Οι συσκευές να φέρουν:

Φίλτρο αίματος 200μ το μήκος της συσκευής να είναι μεγαλύτερο των  
250 cm και όγκο πλήρωσης περίπου 32ml Ενσωματωμένο μη  
αποσπώμενο εξάρτημα ασφαλείας για την προστασία από την  
ελεύθερη ροή. Περιστρεφόμενη αρσενική σύνδεση Luer Lock με  
υδρόφοβο πώμα διακοπής ροής και υδρόφοβο φίλτρο. Σε ατομική  
συσκευασία, αποστειρωμένη με αιθυλενοξείδιο, DEHP-free, LATEX-  
free. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αντλία για 96 ώρες και να  
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε στείρο περιβάλλον.

#### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Η ηλεκτρονική αντλία να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Να έχει Ελληνικό μενού, να είναι ηλεκτρικής κλάσης II για προστασία από  
ηλεκτροπληξία, πιστοποίηση τουλάχιστον IP 22 για ολόκληρο το μηχάνημα και χωρίς  
εθωτερικό μετασχηματιστή.

Με ακρίβεια χορήγησης +/-5%.

Να διαθέτει εσωτερική μπαταρία που να εξασφαλίζει λειτουργία της αντλίας για τουλάχιστον 11 ώρες σε ροή 5ml/h και να φορτίζει ανεξαρτήτως ροής λειτουργίας.

Να υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης του ΚVO. Το βάρος της να είναι περίπου 2kg και να διαθέτει φυσικά πλήκτρα ρύθμισης ροής.

Η ΔΙΚΥΘ/Α ΓΝΑΘ/ΚΗΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΡΘ/ΚΗΣ ΣΣ

ΕΛΕΝΑ Α. ΚΟΝΕΘΛΑΚΗ  
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΝΕΘΛΑΚΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΝΑΘ/ΚΗΣ  
ΑΜΚΑ: 05020204710 - Α.Μ. Τ.Α.Υ. 67964

ΓΕΡΠΙΟΣ Μ. ΚΟΝΤΑΚΗΣ  
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΩΚΑΤΕΙΟΥ  
ΑΜΚΑ: 05020204710 - Α.Μ. Τ.Α.Υ. 67964

Η Προϊσταμένη

Σουλτάτου Ιοκάστη  
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
ΓΝΑΘ. - ΟΡΘ/ΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ