

Προδιαγραφές ινών Laser

1. Ίνα Laser λιθοτριψίας μιας χρήσεως με γυμνό άκρο διαμέτρου, 270μm, συμβατή με το σύστημα DMT THULIO.
2. Ίνα Laser λιθοτριψίας μιας χρήσεως με γυμνό άκρο, διαμέτρου 400μm, για σύνδεση με το σύστημα DMT THULIO.
3. Ίνα Laser λιθοτριψίας μιας χρήσεως με γυμνό άκρο, διαμέτρου 600μm, για σύνδεση με το σύστημα DMT THULIO.

ΚΑΡΑΛΙΜΠΟΥΣ Κ. ΜΑΡΤΙΝΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΕΤΟΣ
ΔΕΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΕΤΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ - Α.Μ. 1000000000
Α.Μ. 1000000000