

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΕΤ ΥΓΡΑΝΣΗΣ
ΚΩΔ.124461-50210

- Να είναι πλήρως συμβατό με τη συσκευή θερμαινόμενης ύγρανσης που διαθέτει ο φορέας και να εξασφαλίζει την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
 - Να είναι κλειστό σετ που να περιλαμβάνει ένα πλήρως θερμαινόμενο (χωρίς υδατοπαγίδες) κύκλωμα αναπνοής και θάλαμο νερού αυτόματης τροφοδοσίας με δύο φλοτέρ για μέγιστη ασφάλεια.
 - Να θερμαίνεται μέσω διπλού σπειροειδούς σύρματος για ομοιόμορφη θέρμανση, για να διατηρείται το κύκλωμα στεγνό και να αποφεύγεται ο κίνδυνος λοιμώξεων από την συγκέντρωση υγρών.
 - Το εκπνευστικό σκέλος να είναι κατασκευασμένο από ειδικό διαπερατό υλικό με μικροκυψελίδες για να διοχετεύεται η υγρασία στο περιβάλλον προστατεύοντας τον ασθενή και τον αναπνευστήρα.
 - Να διαθέτει ενσωματωμένη θύρα χορήγησης εισπνεόμενης φαρμακευτικής αγωγής (MDI ή ισοδύναμης τεχνολογίας), χωρίς να απαιτείται η αποσύνδεση του κυκλώματος από τον ασθενή.
 - Να διαθέτει στην ίδια συσκευασία αντιμικροβιακό φίλτρο κατασκευασμένο για συστήματα ύγρανσης για την προστασία του αναπνευστήρα.
1. Να είναι μιας χρήσεως ανά ασθενή και να υποστηρίζει συνεχή χρήση για χρονικό διάστημα (14) ημερών, αποδεικνυόμενο από επίσημα τεχνικά φυλλάδια ή οδηγίες χρήσεις του κατασκευαστή.
 2. Να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με τον κανονισμό (EE)2017/745(MDR).
 3. Σε περίπτωση πρόσφοράς ισοδύναμου προϊόντος διαφορετικού κατασκευαστή, να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού:

4. 1. Δήλωση Συμμόρφωσης (EU Declaration of Conformity) του προσφερόμενου προϊόντος.
5. 2. Δήλωση επαλήθευσης συμβατότητας με την συσκευή ύγρανσης του φορέα σύμφωνα με το άρθρο 22(2) του MDR ή ισοδύναμη τεκμηρίωση του κατασκευαστή.
1. 3. Δήλωση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ότι η χρήση του προσφερόμενου αναλώσιμου δεν επηρεάζει τη συμμόρφωση και την ασφαλή λειτουργία της συσκευής.
6. 4. Τεχνική τεκμηρίωση, αποτελέσματα δοκιμών ή άλλες αποδείξεις από τις οποίες να προκύπτει ότι επιτυγχάνονται οι απαιτούμενες επιδόσεις ως προς την ροή, τη θερμοκρασία και την ύγρανση κατά την χρήση με την διαθέσιμη συσκευή.
7. **ΔΕΙΓΜΑ**

Η κατάθεση δείγματος είναι υποχρεωτική .

Το δείγμα θα αξιολογηθεί στην διαθέσιμη συσκευή ύγρανσης του φορέα προκειμένου να επιβεβαιωθούν η μηχανική συμβατότητα ,η σωστή λειτουργία ,η επίτευξη των προβλεπόμενων παραμέτρων θερμοκρασίας και ύγρανσης και η απουσία δυσλειτουργικών συναγερμών.

Η επιτυχής δοκιμή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση τεχνικής αποδοχής της προσφοράς.

ΤΑΣΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΕΡΕΥΡΑΣ
Πα Γ. Ν. Π.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΙ ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ

Κωδ 49425

Αρτηριακοί καθετήρες σε μέγεθος 18G/12cm, κατασκευασμένοι από αμιδικό πολυαιθέρα ((PEBA).

Να φέρουν οδηγό σύρμα, Σφιγκτήρα και προέκταση του αυλού, βελόνη με μέγεθος ίδιο με το μέγεθος του καθετήρα, μήκους 4cm.

Να τοποθετούνται με τεχνική Seldinger, αποστειρωμένοι, Μ.Χ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ

ΤΑΣΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΚΕΒ-ΜΑΦ
Πο.Γ.Ν.Η.