

Για Κωδικό 53366 και Κ 53367

ΑΥΤ 27.
ΕΡCΡ

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΕΣ-ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ
ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΙΝΙ ΕΤD (GA).**

A) Υγρό απολυμαντικό, κατάλληλο για χρήση με τα αυτόματα πλυντήρια-απολυμαντές ευκάμπτων ενδοσκοπίων OLYMPUS/MIELE μοντέλο ΜΙΝΙ ΕΤD τα οποία βρίσκονται εγκατεστημένα στο Νοσοκομείο μας.

Να διαθέτει χημική σύνθεση με αντιμικροβιακά συστατικά και αλκοόλη, και συνδυασμό αλδευδών. Στα 100g να περιέχονται 20g γλουταραλδεύδου. Να εξασφαλίζει βέλτιστη δράση σε δοσολογία 12ml/lι (1,2%) και θερμοκρασία 58°C σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πλυντηρίου. Να μην απαιτεί αραίωση και η δοσομέτρηση του να πραγματοποιείται αυτόματα μέσω της υπάρχουσας ενσωματωμένης ειδικής αντλίας του πλυντηρίου. Να είναι κατάλληλο για την θερμοχημική απολύμανση ενδοσκοπίων και εξαρτημάτων, πλήρως συμβατό με τα αυτόματα πλυντήρια μοντέλο ΜΙΝΙ ΕΤD τα οποία είναι εγκατεστημένα στο Νοσοκομείο μας. Να κατατεθεί απαραίτητα πρωτότυπη δήλωση-πιστοποίηση συμβατότητας του προσφερόμενου είδους με τα εγκατεστημένα πλυντήρια μοντέλο ΜΙΝΙ ΕΤD, από τον οίκo κατασκευής των πλυντηρίων OLYMPUS/MIELE (Απαράβατος Όρος). Να διατίθεται σε δοχείο των 5 λίτ. Το προσφερόμενο υγρό απολυμαντικό Α θα αξιολογηθεί από κοινού με το προσφερόμενο υγρό απορρυπαντικό Β, λόγω συμβατότητας με τα εγκατεστημένα αυτόματα πλυντήρια-απολυμαντές ευκάμπτων ενδοσκοπίων OLYMPUS/MIELE μοντέλο ΜΙΝΙ ΕΤD τα οποία είναι εγκατεστημένα στο Νοσοκομείο μας.

B) Υγρό απορρυπαντικό, για χρήση με τα αυτόματα πλυντήρια-απολυμαντές ευκάμπτων ενδοσκοπίων OLYMPUS/MIELE μοντέλο ΜΙΝΙ ΕΤD τα οποία βρίσκονται εγκατεστημένα στο Νοσοκομείο μας.

Να διαθέτει χημική σύνθεση με μη ιονικά τασισενεργά, ένζυμα, γλυκόλες, συντηρητικά (γλυκόλες), διαλυτικά μέσα. Να εξασφαλίζει βέλτιστη δράση σε δοσολογία 6ml/lι (0,6%) και θερμοκρασία 45°C σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πλυντηρίου. Να μην απαιτεί αραίωση και η δοσομέτρηση του να πραγματοποιείται αυτόματα μέσω της υπάρχουσας ενσωματωμένης ειδικής αντλίας του πλυντηρίου. Να είναι κατάλληλο για την θερμοχημική απολύμανση ενδοσκοπίων και εξαρτημάτων, πλήρως συμβατό με τα αυτόματα πλυντήρια μοντέλο ΜΙΝΙ ΕΤD τα οποία είναι εγκατεστημένα στο Νοσοκομείο μας. Να κατατεθεί απαραίτητα πρωτότυπη δήλωση-πιστοποίηση συμβατότητας του προσφερόμενου είδους με τα εγκατεστημένα πλυντήρια μοντέλο ΜΙΝΙ ΕΤD, από τον οίκo κατασκευής των πλυντηρίων OLYMPUS/MIELE (Απαράβατος Όρος). Να διατίθεται σε δοχείο των 5 λίτ. Το προσφερόμενο υγρό απορρυπαντικό Β θα αξιολογηθεί από κοινού με το προσφερόμενο υγρό απολυμαντικό Α, λόγω συμβατότητας με τα εγκατεστημένα αυτόματα πλυντήρια-απολυμαντές ευκάμπτων ενδοσκοπίων OLYMPUS/MIELE μοντέλο ΜΙΝΙ ΕΤD τα οποία είναι εγκατεστημένα στο Νοσοκομείο μας.

ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΚΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΑΜΚΑ: 3002703210 - Α.Μ. ΤΣΑΥ: 69541