

ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

<u>A/A</u>	<u>ΚΩΔΙΚΟΣ</u>	<u>ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</u>
1	281903	1 Σύριγγα 1ml S/L 1 Σύριγγα 5 ml S/L 1 Σύριγγα 10ml S/L 1 Σύριγγα 20ml S/L 1 Νυστέρι Νο 11 με λαβή 60 Κομπρέσες 10x20cm 1 Κάλυμμα τραπεζιού 150x200cm 4 Πετσέτες 40x40 2 Μπλούζες χειρουργείου ενισχυμένες XL 1 ΡΕ κάλυμμα στρογγυλό 80x80cm 2 Λεκάνες 250ml 2 Λεκάνες 500ml 1 Πεδίο αγγειογραφίας 220x320cm με 4 οπές 1 Βελόνα 18G 3 Βελόνα 21G 1 Συρραπτικό δέρματος με 35 κλίπς μιας χρήσεως. ΔΕΙΓΜΑ
2	286202	Διπολικά ηλεκτρόδια προσωρινής βηματοδότησης διαμέτρου 5 Fr με μπαλόνι. Ο καθετήρας να είναι κατασκευασμένος από PVC, ακτινοσκοπικός και να φέρει μπαλόνι πλοήγησης στην κορυφή του .
3	50334	ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ -ΚΑΝΟΥΛΕΣ- Μ/Μ 150 CM ΔΕΙΓΜΑ
4		
5		

7^η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ
 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
 ΕΜΜ. Ν. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ, PhD, PhD
 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΙΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΓΝΗ
 ΑΜΚΑ: 19126002292 - Α.Μ. ΤΣΑΥ: 63897