

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

345939 (1)


Σύστημα οδηγού καθετήρα νευροακτινολογίας κυμαινόμενης σκληρότητας με μπαλόνι (11,1ml). Με διαστάσεις 0.087-inch ID and 8F+ (OD) μπορεί να λειτουργήσει και ως καθετήρας εισαγωγής άλλων καθετήρων αλλά και ως εισαγωγέας συσκευών θρομβεκτομής. Να διαθέτει 9 ζώνες διαφορετικής σκληρότητας. Να διαθέτει διπλό άπω ακτινοσκοπικό σημαντή. Να διατίθεται με ωφέλιμο μήκος 90 ή 95 εκατοστά. Συμβατό με σύρματα 0.035'' - 0.038''

332818 (2)

Περιστροφικές αιμοστατικές βαλβίδες διπλού και τριπλού αυλού για συσκευές έως 9Fr. Να είναι συμβατές με όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται με το υγρό εμβολικό υλικό Onyx και τα παρελκόμενα

332836 (1)

Οδηγό σύρμα steerable, με shapeable άκρο διαμέτρου 0,014'' και 0,012'' στο εγγύς άκρο και 0,0095'', με πυρήνα από ανοξείδωτο χάλυβα και άκρο από πλατίνα και βολφράμιο. Να έχει υδρόφιλη επικάλυψη στο εγγύς τμήμα και επικάλυψη PTFE στο άπω τμήμα, τελικό άκρο μήκους 35cm ή 45cm και συνολικό μήκος 200cm ή 300cm


ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΣΗΣ
 ΕΠ. ΝΕΥΡΟΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ
 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΣΥ

14.06.2026