

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ:

345949 (1)

Μακρύ θηκάρι/καθετήρας 6f, διαμέτρου (o.d.) 0,100", εσωτερικής διαμέτρου (I.D.) 0,088" ενισχυμένος με πλέξη από ανοξείδωτο χειρουργικό ατσάλι, προσδευτικά εύκαμπτος 9 σημείων. Να διαθέτει εσωτερική επικάλυψη από PTFE και εξωτερική υδρόφιλη επικάλυψη μήκους 20cm στο άπω τμήμα του. Συμβατός με θηκάρι εισαγωγής 8f και οδηγό σύρμα 0.038". Να διατίθεται σε μήκη 80 -90 -100cm Η συσκευασία να περιλαμβάνει - διαστολέα - αιμοστατική βαλβίδα 9f - συνδετικό βαλβίδας 8 f - εισαγωγή peel away

332818 (4)

Περιστροφικές αιμοστατικές βαλβίδες διπλού και τριπλού αυλού για συσκευές έως 9Fr. Να είναι συμβατές με όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται με το υγρό εμβολικό υλικό Onyx και τα παρελκόμενα

345953 (1)

Υγρό εμβολισμού Υγρό υλικό εμβολισμού από συμπολυμερές αιθυλένιο βινυλικής αλκοόλης (ΕVΟΗ) , διαλυμένο σε DMSO και μικρονοποιημένης πούδρας τανταλίου χαμηλής ταχύτητας καθίζησης. Να διατίθεται με ιξώδες 12cP , 18cP και 34cP με επιλογή κανονικής ή κατά 30% λιγότερης ακτινοδιαπερατότητας (LD, Low Density) Η συσκευασία να περιέχει : 1 φιαλίδιο των 3ml εμβολικό υλικό 1 φιαλίδιο των 3ml DMSO 1 σύριγγες των 3 cc για το εμβολικό υλικό 1 σύριγγα των 1 cc για DMSO 1 συνδετικό (adapter) Οι σύριγγες για DMSO και εμβολικό υλικό να είναι διαφορετικού χρώματος.

Νικόλαος Νάσης

08.07.2026

Επεμβατικός Νευροακτινολόγος

Επιμελητής Β'

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΣΗΣ
ΕΠ. ΝΕΥΡΟΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΣΥ