

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΕΡΙΣΚΕΛΙΔΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΚΝΗΜΗ-ΜΗΡΟ 4 ΘΑΛΑΜΩΝ

- 1) Να αποτελείται από υλικό πυκνής ύφανσης.
- 2) Να είναι αντιαλλεργικό Latex-free.
- 3) Να αποτελείται από (4) τέσσερις θαλάμους συμπίεσης, για βελτιωμένη ροή αίματος και εξομοίωσης της βάδισης. Να κατατεθεί επίσημο έγγραφο όπου θα εμφανίζεται η υπεροχή των 4 θαλάμων, μέσω βιβλιογραφίας
- 4) Η περικνημίδα να καλύπτει την κνήμη και το μηρό
- 5) Οι περισκελίδες να είναι εύκολες στην εφαρμογή τους και να μην προκαλούν λοιμώξεις.
- 6) Να λαμβάνει πίεση 50mmHg - 60mmHg.
- 7) Ο κύκλος συμπίεσης – παύσης – αποσυμπίεσης να διαρκεί 1 λεπτό χωρίς να μεταβάλλεται ή να εξαρτάται από την «φυσιολογική» κατάσταση του ενός ή και των δύο άκρων (ανάλογα τον βαθμό αιμάτωσης του κάθε άκρου).
- 8) Να διαθέτει ασφάλιση τύπου Velcro γύρω από την γαστροκνημία.
- 9) Η περικνημίδα να διαθέτει ενσωματωμένο συνδετικό έτσι ώστε οι συνδέσεις να μην τραυματίζουν το πόδι του ασθενή.
- 10) Να είναι μιας χρήσης.
- 11) Να διατίθεται σε μεγέθη small, medium, large
- 12) Η διάρκεια χρήσης της περικνημίδας να είναι περισσότερο από μία εβδομάδα.
- 13) Να παραχωρηθούν στο τμήμα ως συνοδός εξοπλισμός όσες αντλίες είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του.
- 14) Όλες οι τεχνικές προδιαγραφές να αποδεικνύονται από τα επίσημα έγγραφα του κατασκευαστικού οίκου.

ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ