

Τεχνικές προδιαγραφές Ολοπροσωπικής μάσκας

για χρήση από ένα ασθενή σε συσκευές θετικής πίεση ή αναπνευστήρες

☑ Η μάσκα να είναι κατάλληλη για την παροχή μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού.

☑ Να διαθέτει περιμετρική εφαρμογή, καλύπτοντας όλο το πρόσωπο του ασθενή (στόμα, μύτη

και οφθαλμούς) με μαξιλαράκι από μαλακή σιλικόνη για αποφυγή νεκρώσεων στα σημεία επαφής με το πρόσωπο του ασθενή και ελαχιστοποίηση της διαρροής του αέρα.

☑ Να διαθέτει μαλακό, μη ελαστικό κεφαλοδέτη τεσσάρων σημείων

☑ Ο κεφαλοδέτης να εφαρμόζει στο κάτω μέρος της μάσκας με κλιπ έτσι ώστε η τοποθέτηση, η

αφαίρεση και η επανατοποθέτηση να είναι εύκολη.

☑ Να διαθέτει συνδετική γωνία στρεφόμενη κατά 360° για την ελεύθερη κίνηση των σωληνώσεων του ασθενή

☑ Να φέρει πάνω στην γωνία της θύρα για μέτρηση πίεσης / διοξειδίου ή εμπλουτισμού του αέρα με O₂

☑ Να διαθέτει θύρα υποδοχής ρινογαστρικού σωλήνα.

☑ Η συνδετική γωνία να έχει εσωτερική διάμετρο 22mm, είναι κατάλληλη για σύνδεση σε αναπνευστικές συσκευές και διαθέτει θυρίδα εκπνοής και βαλβίδα ασφαλείας.

☑ Να διατίθεται σε μεγέθη Small, Medium & Large ώστε να εφαρμόζει σε όλους τους ενήλικους ασθενείς

☑ Ο νεκρός χώρος της μάσκας να μην υπερβαίνει τα 550ml σε κανένα μέγεθος της μάσκας.

☑ Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε μαγνητικό τομογράφο.

Κάθε μάσκα να συνοδεύεται από δύο κεφαλοδέτες.

Π.Υ.ΠΕ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΜΠΥΡΑΚΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΛΟΓΟΣ
Δ/ΝΤΗΣ Ε.Σ.Υ. Ε.Π. Πα.Γ.Ν.Η.
ΑΜΚΑ: 04015710553 ΑΜ: 88740