

ΠΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Κυβέτες για μέτρηση ACT του μηχανήματος HEMOCRON

ΚΩΔ: 49823

Συσκευή παρακολούθησης χρόνων πήξης που να εκτελεί μεμονωμένες δοκιμές πήξης φρέσκου αίματος.

Οι κυβέττες να μπορούν να εκτελούν δοκιμές ενεργού πήξης αίματος (ACT), ενεργοποιημένου χρόνου μερικής θρομβοπλαστίνης (APTT) και ενεργού χρόνου προθρομβίνης (PT).

Το σύστημα ελέγχου να μπορεί να είναι φορητό για χρήση δίπλα στον ασθενή.

Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί φρέσκο πλήρες αίμα.

Να απαιτείται μόνο μία σταγόνα αίματος. Το αποτέλεσμα να είναι άμεσα διαθέσιμο, ευανάγνωστο σε οθόνη επί της συσκευής παρακολούθησης.

Τα αποτελέσματα των δοκιμών να μπορούν να αποθηκεύονται αυτόματα στην συσκευή.

Οι αυτοέλεγχοι του μηχανήματος να εκτελούνται αυτόματα. Η ακρίβεια της δοκιμής να είναι $\leq 10\%$ CV

Να μπορεί να λειτουργεί τόσο με μπαταρία όσο και με ρεύμα.

Να διατίθεται ο συνοδός εξοπλισμός για τις κυβέττες.

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ