

ΠΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Γραμμή καπνογράφου

ΚΩΔ: 328786

1. Να είναι κατάλληλη γραμμή καπνογραφίας για λήψη αερίων ρινικά και στοματικά, με χαμηλές ροές έως 65ml/min, σε ενήλικους ασθενείς.
2. Να είναι βραχείας διάρκειας με ενσωματωμένο υδροφοβικό φίλτρο 0,2micron ώστε να μην χρειάζεται υδατοπαγίδα και να μην υπάρχει κίνδυνος μόλυνσεων.
3. Να διαθέτει γραμμή παροχής οξυγόνου. Η παροχή οξυγόνου να γίνεται ρινικά αλλά και στοματικά.
4. Να διατηρεί γραμμική ροή αερίου ώστε να μην επηρεάζονται οι κυματομορφές. Να είναι μήκους 2μ.
5. Να κατατεθεί δείγμα προς αξιολόγηση.