

**Βιολογικοί δείκτες κατάλληλοι για έλεγχο αποστείρωσης φορτίου
σε κύκλους αποστείρωσης με υποβοήθηση κενού σε 132°C –
135°C και χρόνο επώασης εντός 1λεπτού**

Συνοπτικές Προδιαγραφές

1. Να παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα έπειτα από επώαση εντός 1 λεπτού. Κατάλληλοι για κύκλους αποστείρωσης με υποβοήθηση κενού σε 132°C-135°C.
2. Ο κατασκευαστής να διαθέτει EN ISO 13485 βάσει κατηγοριοποίησης ΕΛΟΤ.
3. Στη συσκευασία του προϊόντος να αναγράφονται: κωδικός και περιγραφή προϊόντος, αριθμός παρτίδας, βακτηριακό στέλεχος (το θρεπτικό υλικό να βρίσκεται σε γυάλινη αμπούλα για μεγαλύτερη ασφάλεια από κινδύνους επιμόλυνσης) και φορτίο, ημερομηνία παραγωγής και λήξης.
4. Να διατίθεται δωρεάν συνοδός εξοπλισμός – επωαστήρας με φωτεινή ένδειξη του τελικού αποτελέσματος και εκτυπωτής για την εκτύπωση των παραμέτρων επώασης σε πραγματικό χρόνο για τη διατήρηση αρχείου (ιστορικού) και για δυνητικό έλεγχο. Ο επωαστήρας να διαθέτει προστατευτικό καπάκι για τη διατήρηση της θερμοκρασίας και την αποφυγή εισόδου μικροσωματιδίων που εμποδίζουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας του φθορισμού. Επίσης να υπάρχει η δυνατότητα διασύνδεσης με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για ποιοτικό έλεγχο και ιχνηλασιμότητα των διαδικασιών.

ΣΧΟΙΝΙΑΝΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ
& ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ Π.Α.Γ.Ν.Η.

Κωδ: 53106

Βιολογικοί δείκτες κατάλληλοι για έλεγχο αποστείρωσης φορτίου σε κύκλους αποστείρωσης με υποβοήθηση κενού σε 132°C – 135°C και χρόνο επώασης 20 λεπτών.

Προδιαγραφές

1. Να παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα έπειτα από επώαση 20 λεπτών.
2. Κατάλληλοι για κύκλους αποστείρωσης με υποβοήθηση κενού σε **132°C-135°C**
3. Ο κατασκευαστής να διαθέτει EN ISO 13485 βάση κατηγοριοποίησης ΕΛΟΤ.
4. Στη συσκευασία του προϊόντος να αναγράφονται : κωδικός και περιγραφή προϊόντος, αριθμός παρτίδας , βακτηριακό στέλεχος (το θρεπτικό υλικό να βρίσκεται σε γυάλινη αμπούλα για μεγαλύτερη ασφάλεια από κινδύνους επιμόλυνσης) και φορτίο , ημερομηνία παραγωγής και λήξης .
5. Να διατίθεται δωρεάν συνοδός εξοπλισμός (2 επωαστήρες) με τουλάχιστον 10 θέσεις επώασης (Θα συνεκτιμηθεί επωαστήρας με επιπλέον θέσεις επώασης) , με φωτεινή ένδειξη του τελικού αποτελέσματος και ενσωματωμένο εκτυπωτή για την εκτύπωση των παραμέτρων επώασης σε πραγματικό χρόνο για τη διατήρηση αρχείου (ιστορικού) και για δυνητικό έλεγχο. Ο κάθε επωαστήρας να διαθέτει προστατευτικό καπάκι για τη διατήρηση της θερμοκρασίας και την αποφυγή εισόδου των μικροσωματιδίων που εμποδίζουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας του φθορισμού. Να παρέχεται από την εταιρεία τεχνική υποστήριξη και άμεση επίλυση τυχόν προβλημάτων (αντικατάσταση επωαστήρα κλπ) που τυχόν προκύψουν. Επίσης να υπάρχει δυνατότητα διασύνδεσης με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για ποιοτικό έλεγχο και ιχνηλασιμότητα των διαδικασιών.

ΣΧΟΙΝΙΑΝΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΡΑ.Τ.Ν.Η.