

245

|       |                            |                |
|-------|----------------------------|----------------|
| 48802 | ΣΕΤ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ | ΤΕΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ |
|       |                            |                |

# ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΣΕΤ ενδοσκοπικής περίδεσης κισών οισοφάγου μονού ράμματος, πολλαπλών δακτυλίων (7) από υποαλλεργικό υλικό πολυισοπρενίου, με ειδικό τετράγωνο σχεδιασμό για απόλυτη εφαρμογή στον κισό μετά την απελευθέρωσή του. Το σύστημα των δακτυλίων να διαθέτει άκρο σιλικόνης για την προστασία του ενδοσκοπίου και προειδοποιητικό προτελευταίο δακτύλιο γκρι χρώματος. Να διαθέτει λαβή με χαρακτηριστικό ήχο κατά την απελευθέρωση του εκάστοτε δακτυλίου, καθώς και υποδοχή καθετήρα πλύσης. Να είναι συμβατό με ενδοσκόπια διαμέτρου 8,5-11,5mm. Να μην περιέχει latex

ΚΩΣ  
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ  
ΚΑΘΗΓΗΤΗ  
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  
ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗΣ  
ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗΣ

245

ΤΕΙ ΥΠΟΓΕΙΟΥ

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
ΠΟΛΥΠΕΚΤΟΜΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  
ΚΩΔΙΚΟΣ: 324000**

Βρόχος πολυπεκτομής μιας χρήσης κατάλληλος για ψυχρή κοπή πολύποδα χωρίς υποδοχή για διαθερμία, σε σχήμα ασπίδας. Να διαθέτει τεχνολογία συμπαγούς σύρματος κοπής Compact Wire (CWT) με διάμετρο σύρματος κοπής 0.29mm σε οβάλ διατομή για ευκολότερο περιβροχισμό επιπέδων πολυπόδων και ελάχιστη αποκόλληση ιστού. Να διαθέτει επικαλυμμένο μεταλλικό σπирάλ καθετήρα για ευκολότερο χειρισμό και καθαρή κοπή. Να διατίθεται σε ανοίγματα 7 και 12mm. Να μην περιέχει latex και PVC για την πρόληψη αλλεργιών. Να είναι προσαρμοσμένος σε καθετήρα μήκους 220cm κατάλληλο για κανάλι εργασίας τουλάχιστον 2,8mm. Να συμμορφώνεται με την εφαρμογή των κατευθυντηρίων οδηγιών της ESGE για EMR. Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να πληρούνται πλήρως και να αποδεικνύονται με έντυπα του κατασκευαστικού οίκου.

245

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΟ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  
ΑΙΧΜΗΤΕΙΑΣ  
ΑΜ 26-41 - 2011 A 3000

245

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 281789 | ΒΕΛΟΝΕΣ<br>ΣΚΛΗΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ |
|--------|----------------------------|

#### ΤΕΙ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Βελόνες σκληροθεραπείας μιας χρήσεως 23G, Να διαθέτουν συρταρωτό μηχανισμό ασφαλείας και μεταλλικό οδηγό τελικού άκρου για μεγαλύτερη ασφάλεια του ενδοκοπίου κατά την έξοδο της από τον καθετήρα και την αποφυγή βλαβών στο κανάλι εργασίας. Να διαθέτουν γωνία κοπής 22°, εσωτερική διάμετρο 0,54mm εξωτερική διάμετρο 0,7mm και 0,9mm, μήκος έκτασης βελόνας 3mm, 4mm και 5mm και όγκο έγχυσης της βελόνης περίπου 1,4ml ώστε να είναι κατάλληλες κα για έγχυση Histoacryl. διαθέτουν μήκος καθετήρα 230cm. Να μην περιέχουν latex και PVC για την πρόληψη αλλεργιών. να υπάρχουν δημοσιευμένες κλινικές μελέτες για την χρήση τους και να κατατεθούν. Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να πληρούνται πλήρως και να αποδεικνύονται με έντυπα του κατασκευαστικού οίκου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΝΤΩΝ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"