

281789	ΒΕΛΟΝΕΣ ΣΚΛΗΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
--------	----------------------------

ΤΕΙ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Βελόνες σκληροθεραπείας μιας χρήσεως 23G, Να διαθέτουν συρταρωτό μηχανισμό ασφαλείας και μεταλλικό οδηγό τελικού άκρου για μεγαλύτερη ασφάλεια του ενδοκοπίου κατά την έξοδο της από τον καθετήρα και την αποφυγή βλαβών στο κανάλι εργασίας. Να διαθέτουν γωνία κοπής 22°, εσωτερική διάμετρο 0,54mm εξωτερική διάμετρο 0,7mm και 0,9mm, μήκος έκτασης βελόνας 3mm, 4mm και 5mm και όγκο έγχυσης της βελόνης περίπου 1,4ml ώστε να είναι κατάλληλες κα για έγχυση Histoacryl. διαθέτουν μήκος καθετήρα 230cm. Να μην περιέχουν latex και PVC για την πρόληψη αλλεργιών. να υπάρχουν δημοσιευμένες κλινικές μελέτες για την χρήση τους και να κατατεθούν. Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να πληρούνται πλήρως και να αποδεικνύονται με έντυπα του κατασκευαστικού οίκου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΜΕΡΙΜΝΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
Αθήνα, 11/05/2011