

A11.418

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΟΡΘΟΔΡΟΜΗΣ ΚΑΡΔΙΟΠΛΗΓΙΑΣ (ANTEGRADE)

(ΚΩΔ.) 322931

Να είναι από PVC ή σιλικόνη. Να φέρει μεταλλικό στειλεό 7-12Fr με οξύ άκρο. Να φέρει πτερύγια στήριξης κατά το κατώτερο άκρο του τμήματος, καθώς και γραμμή εξαέρωσης (venting). Να παρέχεται στα μεγέθη 14Fr.

TEM: 100

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟ-ΘΩΡΑΚΕΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΝΤΕΣ ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΑΣ Π.Γ.Ν.Χ.
Κ.Μ. ΤΕΛΥ: 326577X - ΑΔΗΤΑ: 27046700650

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΑΟΡΤΗΣ (ΚΩΔ.287143)

Διατρητές αορτής πλαστικοί M.X αποστειρωμένοι για την διενέργεια
οπών στην ανιούσα αορτή με λεπίδα διπλής κοπής και κωνικό άκρο, σε
μέγεθος 4mm.

TEM: 100 μ m

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΠΟ-ΔΟΞΙΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΨΝΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑ.Γ.Ν.Α.
Α.Μ. ΤΣΑΥ: 2006700660

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΔΑΤΟΣ (ΚΩΔ: 288725)

417.418.

Αυτοκόλλητο πέλμα σταθεροποίησης μετρητή στάθμης ύδατος οξυγονωτή. (Level Sensor) Το πέλμα να είναι συμβατό με μηχανή εξωσωματικής κυκλοφορίας STOCKERT S5 .

TEM: 100

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟ-ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΝΤΕΣ ΚΑΡΔΙΟ-ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΗΣ Π.Γ.Ν.Χ.
Α.Μ. ΤΣΑΥ: 52937Α - ΑΔΙΚΑ - 0047700800