

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A17.434

1. 3/8 X 3/8 LL ΚΩΔΙΚΟΣ 322934 ΥΠΟΚΩΔΙΚΟΣ 287123

Να έχουν μήκος περίπου 3 cm. Να είναι σε διάσταση 3X8 X 3/8. Να φέρουν Luer lock.

ΤΕΜΑΧΙΑ ~~40~~
8

2. 1/4 x 1/4 x 1/4 ΚΩΔΙΚΟΣ 282137 ΥΠΟΚΩΔΙΚΟΣ 346566

Να έχουν μήκος περίπου 3 cm. Να είναι σε διάσταση 1/4 X 1/4 X 1/4

ΤΕΜΑΧΙΑ ~~40~~
8

3. 1/4 X 1/4 ΚΩΔΙΚΟΣ 18278~~1~~

Να έχουν μήκος περίπου 3 cm. Να είναι σε διάσταση 1/4 X 1/4

ΤΕΜΑΧΙΑ ~~40~~
8

4. 1/2 X 1/2 ΚΩΔΙΚΟΣ ~~1~~82769

Να έχουν μήκος περίπου 3 cm. Να είναι σε διάσταση 1/2 X 1/2

ΤΕΜΑΧΙΑ 100

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟ-ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Α.Γ.Ν.Κ.
Λ.Μ. ΤΣΑΥ: 9295712 - ΑΝΚΑ: 23066700660

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A17-434

Προσαρμογέας "Υ"

ΚΩΔΙΚΟΣ 32403

Να είναι από PVC ή σιλικόνη με clamps και βιδωτό άκρο

ΤΕΜΑΧΙΑ 100

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΝΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑ.Γ.Ν.Η.
Δ.Μ. ΤΣΑΥ: 0265712 Ε.Μ.Α. 0066700660