

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΟΥ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΙΚΗΣ ΟΞΥΓΟΝΩΣΗΣ
ΚΩΔ:49261**

1. Να είναι ηλεκτρονικοί καθετήρες για την ταυτόχρονη μέτρηση της ενδοκράνιας πίεσης, ιστικής οξυγόνωσης και θερμοκρασίας.
2. Να είναι καθετήρες που κάνουν χρήση του πιεζοηλεκτρικού φαινομένου για την μέτρηση της ενδοκράνιας πίεσης, θερμοκρασίας και με οπτική ίνα για την μέτρηση του κορεσμού οξυγόνου.
3. Να είναι μηδενισμένοι από τον κατασκευαστή ώστε να μην χρειάζονται μηδενισμό από τον χρήστη.
4. Να συνδέονται μέσω ηλεκτρονικού ενδιάμεσου στο μόνιτορ της μονάδας.
5. (Να παρέχεται δωρεάν)
6. Για την μεταφορά του ασθενούς για αξονική τομογραφία απλά να αποσυνδέουμε το καλώδιο επέκτασης που είναι συνδεδεμένο στο Μόνιτορ και όταν τελειώσει η εξέταση τον επανασυνδέουμε χωρίς να χρειάζεται οποιαδήποτε ρύθμιση (plug and play).
7. Στους καθετήρες να υπάρχει σύστημα μέτρησης για τον υπολογισμό του βάθους του καθετήρα.
8. Να έχει χρώμα ώστε να είναι ευδιάκριτος από τους επιδέσμους του ασθενούς.
9. Να προσφερθούν τα ειδικά συστήματα στερέωσης του καθετήρα καθώς και οι αντίστοιχες φρέζες.
10. Να είναι από υλικό πολυουρεθάνης.
11. Να μην είναι τραυματικοί.
12. Να διατηρούνται εκτός ψυγείου.

ΗΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Μ.Ε.Θ. ΠΑΙΔΩΝ Πα.Γ.Ν.Η.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΜ ΤΣΑΥ: 102546 / ΠΜ Α: 04057502645