



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

7^η Υγειονομική Περιφέρεια
Κρήτης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΑΣΤΡ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

912
Γαστρο

Ηράκλειο: 11/8/2026

ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 96896

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΟΝΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Οι συσκευές να φέρουν:

Φίλτρο αίματος 200μ το μήκος της συσκευής να είναι μεγαλύτερο των 250 cm και όγκο πλήρωσης περίπου 32ml +/-5%.

Ενσωματωμένο μη αποσπώμενο εξάρτημα ασφαλείας για την προστασία από την ελεύθερη ροή.

Περιστρεφόμενη αρσενική σύνδεση Luer Lock με υδρόφοβο πώμα διακοπής ροής και υδρόφοβο φίλτρο. Σε ατομική συσκευασία, αποστειρωμένη με αιθυλενοξειδίο, DEHP-free, LATEX-free.

Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αντλία για 96 ώρες και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε στείρο πεδίο.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ.
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΜΚΑ: 3007550300
Α.Μ. 1247 69561



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ



7^η Υγειονομική Περιφέρεια
Κρήτης

Ηράκλειο: 11/8/2026

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΑΣΤΡ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ:53852

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΟΝΗΣ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ**

Οι συσκευές να φέρουν:

Ρύγχος διάτρησης με αεραγωγό, αντιβακτηριακό φίλτρο και πώμα. Οι συσκευές να είναι σε όλο το μήκος τους για φωτοευαίσθητα φάρμακα. Ο εύκαμπτος σταγονοθάλαμος να φέρει **φίλτρο υγρού 4 μ για κατακράτηση δυσδιάλυτων ουσιών και αποφυγή εισόδου αέρα στο σύστημα έγχυσης** ώστε να μην χρειάζεται επανεξέρωση της συσκευής, ενέργεια η οποία απαιτεί κατανάλωση μεγάλης ποσότητας φαρμάκου άρα αυξημένο κόστος.

Ολισθαίνον κλείστρο για ρύθμιση ή διακοπή της ροής.

Ενσωματωμένο μη αποσπώμενο εξάρτημα ασφαλείας για την προστασία από την ελεύθερη ροή.

Περιστρεφόμενη αρσενική σύνδεση Luer Lock με υδρόφοβο πώμα διακοπής ροής και υδρόφοβο φίλτρο. Συνολικό μήκος συσκευής τουλάχιστον μεγαλύτερο των 260cm και όγκο πλήρωσης περίπου 26 ml +/-5% .

Σε ατομική συσκευασία, αποστειρωμένη με αιθυλενοξειδίο, DEHP-free, LATEX-free.

Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αντλία για 96 ώρες και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε στείρο πεδίο.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΑΣΤΡΟΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΜΚΑ 30075903010 Α.Μ.ΤΣΑΥ 69541



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ



7^η Υγειονομική Περιφέρεια
Κρήτης

Ηράκλειο: 11/8/2026

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΑΣΤΡ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 67280

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΟΝΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Οι συσκευές να φέρουν:

Ρύγχος διάτρησης με αεραγωγό, αντιβακτηριακό φίλτρο και πώμα.

Διαφανή εύκαμπτο σταγονοθάλαμο με **φίλτρο υγρού 4 μ για κατακράτηση δυσδιάλυτων ουσιών και αποφυγή εισόδου αέρα στο σύστημα έγχυσης ώστε να μην χρειάζεται επανεξαέρωση της συσκευής**, ενέργεια η οποία απαιτεί κατανάλωση μεγάλης ποσότητας φαρμάκου άρα αυξημένο κόστος.

Ολισθαίνον κλείστρο για ρύθμιση ή διακοπή της ροής.

Ενσωματωμένο μη αποσπώμενο εξάρτημα ασφαλείας για την προστασία από την ελεύθερη ροή.

Πλάγια διακλάδωση τύπου Y χωρίς τη χρήση βελόνης Περιστρεφόμενη αρσενική σύνδεση Luer Lock με υδρόφοβο πώμα διακοπής ροής και υδρόφοβο φίλτρο.

Συνολικό μήκος συσκευής τουλάχιστον μεγαλύτερο του 260cm και όγκο πλήρωσης περίπου 26 ml +/-5%. Σε ατομική συσκευασία, αποστειρωμένη με αιθυλενοξείδιο, DEHP-free, LATEX-free.

Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αντλία για 96 ώρες και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε στείρο πεδίο.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΚΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΑΣΤΡ/ΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΑΝΤΑ 300740010 - ΑΝΤΑ 67280