

ΠΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΩΔ: 262889

Να διαθέτει σωλήνα εισαγωγής διαμέτρου 3,8 και 5,0mm

Να είναι εύκαμπτο με καμπύμενο τμήμα τουλάχιστον 180° / 180°

Να διαθέτει πλάτος καναλιού από 1,2 και 2,2mm

Να διαθέτει μήκος εργασίας 600mm.

Να διαθέτει κάμερα με πηγή φωτός τουλάχιστον δύο λυχνιών Led , οπτικό πεδίο 85° και βάθος πεδίου 6-50mm.

Να έχει δυνατότητα σύνδεσης σε συσκευή αναρρόφησης με εσωτερική διάμετρο σωλήνα σύνδεσης Ø7mm +/-1.

Να έχει θύρα για χορήγηση υγρών και εισαγωγή ενδοσκοπικών εργαλείων.

Να διαθέτει βάση στήριξης ET σωλήνα ελάχιστης διαμέτρου 6-7 mm.

Να είναι αποστειρωμένο μιας χρήσεως.

Να είναι latex free.

Να συνδέεται απευθείας χωρίς να απαιτείται επιπλέον εξοπλισμός και να υπάρχει η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης του βρογχοσκοπίου, σε περίπτωση αποσύνδεσης από την οθόνη.

Να διαθέτει πιστοποίηση από τον κατασκευαστικό οίκο για χρήση στη αναφερόμενη οθόνη.

Να έχει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης δοχείου δειγματοληψίας για αποφυγή επιμολύνσεων.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ