

Τεχνικές προδιαγραφές Ολοπρόσωπης μάσκας  
για χρήση από ένα ασθενή - με βαλβίδα εκπνοής

Κωδικός:210532

- Η μάσκα να είναι κατάλληλη για την παροχή μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού σε ένα ασθενή καθ' όλη την διάρκεια νοσηλείας του με συσκευή παροχής θετικής πίεσης τύπου Bi-level.
- Να διαθέτει περιμετρική εφαρμογή, καλύπτοντας όλο το πρόσωπο του ασθενή (στόμα, μύτη και οφθαλμούς) με μαξιλαράκι από μαλακή σιλικόνη για αποφυγή νεκρώσεων στα σημεία επαφής με το πρόσωπο του ασθενή και ελαχιστοποίηση της διαρροής του αέρα.
- Να διαθέτει μαλακό, μη ελαστικό κεφαλοδέτη τεσσάρων σημείων
- Ο κεφαλοδέτης να εφαρμόζει στο κάτω μέρος της μάσκας με κλιπ έτσι ώστε η τοποθέτηση, η αφαίρεση και η επανατοποθέτηση να είναι εύκολη.
- Να διαθέτει συνδετική γωνία στρεφόμενη κατά 360° για την ελεύθερη κίνηση των σωληνώσεων του ασθενή.
- Η συνδετική γωνία να έχει εσωτερική διάμετρο 22mm: να είναι κατάλληλη για σύνδεση σε κύκλωμα Bi pap και να διαθέτει βαλβίδα ασφαλείας και θυρίδα εκπνοής.
- Να διαθέτει θύρα για μέτρηση πίεσης ή εμπλουτισμού με O<sub>2</sub>
- Η συνδετική γωνία της μάσκας να είναι αφαιρούμενη και να δύναται να αντικατασταθεί από άλλου τύπου γωνίες (χωρίς βαλβίδα εκπνοής, για βρογχοσκόπηση κτλ.)
- Να διατίθεται σε μεγέθη Small, Large & Xtra Large ώστε για να εφαρμόζει σε όλους τους ενήλικους ασθενείς.
- Απαραίτητο Δείγμα

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Π. ΚΣ  
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΑΜ.ΤΣΑΥ: 72962 ΑΜΚΑ: 15066204130