



Ηράκλειο: 23/08/26

7^η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΑΘ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΠΡΟΣ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΑΝΤΛΙΩΝ ΜΟΝΗΣ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ: 67280

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι συσκευές να φέρουν: Ρύγχος διάτρησης με αεραγωγό, αντιβακτηριακό φίλτρο και πώμα. Διαφανή εύκαμπτο σταγονοθάλαμο με φίλτρο υγρού 4 μ για κατακράτηση δυσδιάλυτων ουσιών και αποφυγή εισόδου αέρα στο σύστημα έγχυσης ώστε να μην χρειάζεται επανεξαέρωση της συσκευής, ενέργεια η οποία απαιτεί κατανάλωση μεγάλης ποσότητας φαρμάκου άρα αυξημένο κόστος. Ολισθαίνον κλείστρο για ρύθμιση ή διακοπή της ροής. Ενσωματωμένο μη αποσπώμενο εξάρτημα ασφαλείας για την προστασία από την ελεύθερη ροή. Πλάγια διακλάδωση τύπου Y χωρίς τη χρήση βελόνης Περιστρεφόμενη αρσενική σύνδεση Luer Lock με υδρόφοβο πώμα διακοπής ροής και υδρόφοβο φίλτρο. Συνολικό μήκος συσκευής τουλάχιστον μαγαλύτερο του 260cm και όγκο πλήρωσης περίπου 26 ml. Σε ατομική συσκευασία, αποστειρωμένη με αιθυλενοξείδιο, DEHP-free, LATEX-free. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αντλία για 96 ώρες και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε στείρο πεδίο.

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Π. ΚΟΤΣΙΑΝΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΥ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Η ηλεκτρονική αντλία να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Να έχει Ελληνικό μενού, να είναι ηλεκτρικής κλάσης II για προστασία από ηλεκτροπληξία. Με ακρίβεια χορήγησης $\pm 5\%$. Να διαθέτει εσωτερική μπαταρία που να εξασφαλίζει λειτουργία της αντλίας για τουλάχιστον 11 ώρες σε ροή 5ml/h και να φορτίζει ανεξαρτήτως ροής λειτουργίας. Να υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης του KVO. Το βάρος της να είναι περίπου 2kg και να διαθέτει φυσικά πλήκτρα ρύθμισης ροής για ευχρηστία

Υπογραφή

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Π. ΚΟΟΤΕΡΙΔΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΟΙΜΩΣΕΩΣ
ΔΙΝΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΚΟΣΜΟΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΜ.ΤΣΑΥ: 72962 ΑΜΚΑ: 15066204130



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

7^η Υγειονομική Περιφέρεια
Κρήτης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΑΘ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Ηράκλειο: 23/08/26

ΠΡΟΣ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ
ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΟΝΗΣ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 96896

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι συσκευές να φέρουν:

Φίλτρο αίματος 200μ το μήκος της συσκευής να είναι μεγαλύτερο των 250 cm και όγκο πλήρωσης περίπου 32ml. Ενσωματωμένο μη αποσπώμενο εξάρτημα ασφαλείας για την προστασία από την ελεύθερη ροή. Περιστρεφόμενη αρσενική σύνδεση Luer Lock με υδρόφοβο πώμα διακοπής ροής και υδρόφοβο φίλτρο. Σε ατομική συσκευασία, αποστειρωμένη με αιθυλενοξείδιο, DEHP-free, LATEX-free. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αντλία για 96 ώρες και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε στείρο περιβάλλον.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Η ηλεκτρονική αντλία να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Να έχει Ελληνικό μενού, να είναι ηλεκτρικής κλάσης II για προστασία από ηλεκτροπληξία. Με ακρίβεια χορήγησης +/-5%. Να διαθέτει εσωτερική μπαταρία που να εξασφαλίζει λειτουργία της αντλίας για τουλάχιστον 11 ώρες σε ροή 5ml/h και να φορτίζει ανεξαρτήτως

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗ Π. ΚΟΜΠΟΤΑΚΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ-ΛΟΙΜΩΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
72962 ΑΜΚΑ 15066204130

Ροής λειτουργίας. Να υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης του ΚΝΟ. Το βάρος της να είναι περίπου 2kg και να διαθέτει φυσικά πλήκτρα ρύθμισης ροής για ευχρηστία

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Π. ΚΟΤΕΡΙΔΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΛΟΙΜΩΣΕΩΝ
ΑΥΤΗΓΡΑΦΗ ΚΑΙΝΟΥΜΕ
ΕΚΚΛΕΙΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

7^η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΑΘ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Ηράκλειο: 23/08/26

ΠΡΟΣ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:ΣΥΣΚΕΥΗ
ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ENFIT ΜΟΝΟΥ
ΑΣΚΟΥ**

ΚΩΔΙΚΟΣ:387964

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ENFIT ΜΟΝΟΥ ΑΣΚΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΙ
Συσκευή εντερικής σίτισης μονού ασκού, συμβατή με ηλεκτρονική αντλία εντερικής
σίτισης περισταλτικής κίνησης, η οποία να έχει τη δυνατότητα λειτουργίας με
συσκευές μονού και διπλού ασκού, καθώς και με συσκευές τύπου screwcap, και
διπλή συσκευή screwcap με ασκό νερού. Η αντλία επίσης να διαθέτει δυνατότητα
σύνδεσης με σωλήνα θέρμανσης διαλύματος. Με ασκό χωρητικότητας 1500ml και
συνολικό μήκος σωλήνα 3m. Αποτελείται από μη τοξικό PVC και είναι DEHP free &
Latex free. Διαθέτει σταγονομετρικό θάλαμο για έλεγχο ροής και απομάκρυνση
φυσαλίδων αέρα από το διάλυμα, καθώς και διακόπτη ελέγχου ροής, ώστε να
αποφεύγεται η ελεύθερη ροή των υγρών όταν το σετ δεν βρίσκεται συνδεδεμένο
στην αντλία και σφικτήρα τύπου Robert για τη διακοπή ροής όταν επιθυμείται. Να

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Π. ΚΟΤΕΡΙΔΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΛΟΙΜΩΣΕΩΝ
ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1962 ΑΜΚΑ: 15565204130

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Π. ΚΟΥΤΕΡΙΑΝΤΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
ΧΗΜΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
1962 ΑΘΗΝΑ: 1508224130