

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ρινονησιτιδικοί καθετήρες Σίτισης διπλού αυλού με οδηγό 12FR

ΚΩΔ. 287031

Να είναι από Πολυουρεθάνη, Ακτινοσκοπικοί, Μ.Χ , Αποστειρωμένοι, με Συρμάτινο οδηγό για την προώθησή τους και 2 αυλών.

Οι Ρινογαστρικοί να είναι, 12FR

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ

ΣΟΦΙΑ ΣΧΙΖΑ ΜD, PhD
Καθηγήτρια Γνωμοδότησης
Διευθύντρια Πνευμονολογίας
Προσπεποιημένη Ιατρός Υπνοδ
ΑΜ: 77847 - ΔΙΔΚΑ: 17036600165