

Σετ Θωρακικής Παροχέτευσης τύπου Seldinger 337004

Σύστημα Θωρακικής παροχέτευσης τύπου Seldinger σχεδιασμένο για διαδερμική εισαγωγή θωρακικής παροχέτευσης υγρών και αέρα από την υπεζωκοτική κοιλότητα.

Το σετ να περιλαμβάνει: Ακτινοσκοιό Καθετήρα παροχέτευσης 30cm, 12 ή 18FG, οδηγό σύρμα τύπου J, 3 διαστολές με στοπ ασφαλείας των 10cm, μαχαιρίδιο με αποσυρόμενη λάμα τύπου Swan Morton, ηχογενή βελόνα εισαγωγής για να μπορεί να εντοπιστεί και το tip της στον υπέρηχο, σύριγγα, 3-way stopcock, ευθεία συνδετικά και συνδετικά μειούμενης διαμέτρου.

Να περιλαμβάνει επίσης αφρώδες σύστημα στήριξης με ειδική υποδοχή στο κέντρο του για την ασφαλή σταθεροποίηση του καθετήρα και την αποφυγή τσακίσματος. Το σύστημα να φέρει υποαλλεργικό υλικό πρόσφυσης στο δέρμα του ασθενούς (αυτοκόλλητο) και διάφανο υδροκολλοειδές κάλυμμα που να επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση του υποκείμενου δέρματος και αποτρέπει τις λοιμώξεις.

ΣΟΦΙΑ Ε. ΣΧΙΖΑ
ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΥΒΗΤΗΤΡΙΑ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Π.Σ.Α.
ΑΜΚΑ: 1703060005 - Α.Μ.: 17847

ΕΠΙΘΕΜΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 286121

Επίθεμα τραχειοστομίας 8,5x8,5 ακτινοδιαπερατό από αφρώδες υλικό πολυουρεθάνη.

Με ειδική εντομή τοποθέτησης γύρω από τον τραχειοσωλήνα με υψηλή απορροφητική ικανότητα (όχι γάζα)

Μ.Χ. Αποστειρωμένο.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ

ΣΟΦΙΑ ΣΧΙΖΑ MD, PhD
Καθηγήτρια Πνευμονολογίας
Κλινική Πνευμονολογίας
Διευθύντρια Πνευμονολογίας
Κλινική Πνευμονολογίας
17 - Αθήνα: 17036600165

**ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΟΥ
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ**

ΚΩΔ. ~~181349~~ 181349

1. Τα αντιμικροβιακά φίλτρα να είναι μηχανικά και να αποτελούνται από μεμβράνη κεραμικών μικρό-ινών απόλυτα υδροφοβική. Να είναι υψηλής προστασίας και η απόδοση τους να πιστοποιείται κατά ISO 23328-1. Η απόδοσή τους βάσει της δοκιμασίας NaCl να μην είναι κάτω από 99,97% (ελεγμένο από ανεξάρτητο οργανισμό και να γίνεται αναφορά σε αυτόν).
2. Να είναι κατάλληλα για tidal volume από 300-1500ml.
3. Η αντίσταση ροής να μην υπερβαίνει τα 2,0 cmH₂O στα 60L/min.
4. Να είναι αποστειρωμένα και μιας χρήσης. Ο κύκλος αποστείρωσης τους να είναι ελεγμένος και πιστοποιημένος βάσει του διεθνούς προτύπου ISO 11135-1. Αντίστοιχα, η στείρωσή τους να είναι εναρμονισμένη με το διεθνές πρότυπο EN 556-1.
5. Τα φίλτρα να είναι ελεγμένα και πιστοποιημένα έναντι Hepatitis C virus and Mycobacterium tuberculosis. Να είναι σε θέση να κατακρατήσουν το 99,9999% των βακτηρίων και των ιών.
6. Όλα τα ζητούμενα να αποδεικνύονται από επίσημα έγγραφα (φυλλάδια κατασκευαστή, πιστοποιήσεις, κ.α)

ΣΟΦΙΑ ΣΧΙΖΑ MD, PhD
Καθηγήτρια Πνευμονολογίας
Διευθύντρια Πνευμονολογικής Κλινικής
Πιστοποιημένη Ιατρός Υπνίου
ΑΜ: 77847 - ΑΜΚΑ: 17036600165