



193

Μαιευτική
Γυναικολογία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7^Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Βαθμός προτεραιότητας:

Πα.Γ.Ν.Η.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ/ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Ηράκλειο 20/8/2026

Προϊσταμένη: Ρυθιανού Ανδρονίκη

Ταχ.Δ/ση: Βούτες Ηρακλείου

ΠΡΟΣ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

Τ.Κ. :71110

Τηλέφωνο:2810392293

Email: arithianou@pagni.gr

ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές: Πλήρες σετ άντλησης θηλάστρου για μητρικό γάλα, ατομικής χρήσης

- Να παρέχεται έτοιμο για χρήση
- Να είναι αποσπώμενο το τμήμα της χοάνης, ούτως ώστε να έχει τη δυνατότητα να δέχεται χοάνες διαφόρων μεγεθών.
- Να διαθέτει ενσωματωμένο συνδετικό εξάρτημα(cup-φίλτρο) για τη δημιουργία κενού
- Το υλικό κατασκευής να είναι από πολυπροπυλένιο και να μην περιέχει δισφαινόλη.
- Να είναι ατομικό, ιδανικό για την αποφυγή επιμολύνσεων μεταξύ των χρηστών (σταφυλόκοκκος, ηπατίτιδα κά)
- Να διαθέτει σήμα CE σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία

Με εκτίμηση

Η προϊσταμένη της κλινικής

Ρυθιανού Ανδρονίκη