

ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

<u>A/ A</u>	<u>ΚΩΔΙΚΟΣ</u>	<u>ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</u>
1	288251	Βηματοδότης δύο κοιλοτήτων με προσαρμοζόμενη συχνότητα (DDDR) με ειδικές θεραπευτικές και διαγνωστικές ικανότητες και ειδική κατασκευή για να είναι ασφαλής σε ολόσωμη μαγνητική τομογραφία στα 1,5 & 3 Tesla, με αισθητήρα αυτόματης ανίχνευσης μαγνητικών πεδίων AUTO MRI και δυνατότητα ενεργοποίησης τουλάχιστον 14 ημέρες πριν την εξέταση.
2	291623	Εμφυτευόμενες συσκευές συνεχούς ηλεκτροκαρδιογραφικής καταγραφής τύπου κλειστής αγκύλης ασφαλή για ολόσωμη μαγνητική τομογραφία στα 1,5 & 3 Tesla, με διάρκεια ζωής τουλάχιστον 4 έτη και ανυσμα ανιχνεύσης τουλάχιστον 70mm.
3	328255	Βηματοδοτικά ηλεκτρόδια κοιλικά / κοιλιακά παθητικής ενεργητικής πρόσφυσης χαμηλού οδού, ασφαλή για ολόσωμη μαγνητική τομογραφία 1,5 Tesla και 3Tesla.
4	290333	Διαφλεβικοί εισαγωγής διαφόρων μεγεθών.
5		

7^η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ
 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
 ΕΜΜ. Ν. ΣΤΗΛΙΑΝΙΔΗΣ ΜΒ, PhD
 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΟΥΣ ΚΡΗΤΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΟΓΝΗ
 ΑΜΚΑ: 19126905292 - Α.Μ. ΤΖΑΥ: 63997