

ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

<u>A/A</u>	<u>ΚΩΔΙΚΟΣ</u>	<u>ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</u>
1	273072	Να διαθέτει πλαίσιο από κράμα ΜΡ35Ν (κοβάλτιο, νικέλιο, χρώμιο), τρίπτυχα φύλλα από βόειο περικάρδιο και ποδιά στεγανοποίησης στον χώρο εισόδου. Καλύπτει στόμιο βαλβίδας από 270 mm ² έως 840 mm ² και παρέχει περισσότερα από 8 διαφορετικά εργοστασιακά μεγέθη βαλβίδας για την καλύτερη αναλογία βαλβίδας- ανατομίας ασθενούς. Να διαθέτει θηκάρι 14 Fr για όλα τα μεγέθη βαλβίδων από την μικρότερη έως και την μεγαλύτερη διάταση.
2		
3		

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΑΛΙΔΗΣ ΜD, PhD, FESC
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Πατ. Ν.Η.
ΑΜΚΑ: 09076363155 - Α.Μ. ΤΣΑΥ: 71668