

ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

<u>A/ A</u>	<u>ΚΩΔΙΚΟΣ</u>	<u>ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</u>
1	292724	Εμφυτευόμενος απινιδωτής μίας κοιλότητας τύπου VVIR, με γεννήτρια μακράς διάρκειας ζωής >18,5 έτη, με θύρα σύνδεσης τεχνολογίας DF-4, ειδικής κατασκευής για να είναι ασφαλής σε ολόσωμη μαγνητική τομογραφία 1,5 και 3T, με αισθητήρα ανίχνευσης μαγνητικών πεδίων για δυνατότητα AUTOMRImode. Συμβατότητα με μαγνητικούς τομογράφους 1,5 και 3 Tesla χωρίς περιορισμούς στη ζώνη σάρωσης. AUTO-MRImode: Ο απινιδωτής να μπορεί να ρυθμιστεί για λειτουργία ασφαλούς μαγνητικής τομογραφίας ώστε να παραμένει σε κανονική λειτουργία και μόνο όταν ο ασθενής βρεθεί εντός του πεδίου του Μαγν. Τομογράφου περνάει αυτόματα σε MRI-mode. Όταν η μαγνητική τομογραφία τελειώσει να επανέρχεται αυτόματα σε κανονική λειτουργία και μην χρειάζεται κανένας άλλος επαναπρογραμματισμός. Βασικά Χαρακτηριστικά: Διάρκεια ζωής τουλάχιστον 18,5 έτη. Να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας 11 έτη. Η ονομαστική έξοδος του μέγιστου shock να είναι $\geq 42J$, διαθέσιμη από το 1o shock. Να έχει προγραμματιζόμενη πολικότητα απινίδωσης. Η συσκευή να μπορεί να προγραμματιστεί σε τρεις τουλάχιστον ζώνες θεραπείας Να επιτρέπει τη θεραπεία καρδιακού επανασυγχρονισμού εντός της ζώνης αργής VT ώστε να διατηρηθεί η δυνατότητα άσκησης του ασθενούς, χωρίς να επηρεάζεται η ανίχνευση ή η θεραπεία Slow VT. Ο χρόνος φόρτισης να είναι ≤ 10 sec στη μέγιστη ενέργεια. Να διαθέτει καταγραφή διαγνωστικών - στατιστικών στοιχείων. Προγράμματα ATP θεραπειών σε κάθε ζώνη. B3. Να διαθέτει αισθητήρα προσαρμοζόμενης συχνότητας: Αισθητήρας μεταβολής της συχνότητας: Να υπάρχει ένας ή συνδυασμός των ακόλουθων: Μετρητής επιτάχυνσης. Υπολογισμός αερισμού ανά λεπτό. Μετρητής επιτάχυνσης και «φυσιολογικός» αισθητήρας. Διαγνωστικές ικανότητες: Στη μνήμη να αποθηκεύονται επεισόδια ταχυκαρδίας και ενδοκοιλιακό καρδιογράφημα τουλάχιστον 10min. Η συσκευή να έχει τρόπο βηματοδότησης post-shock Να μπορεί να εκτελέσει ουδό βηματοδότησης Δυνατότητα τηλεπαρακολούθησης και τηλεμετάδοσης δεδομένων με τεχνολογία Bluetooth®. Να έχει θύρα σύνδεσης τεχνολογίας DF-4

2	290104	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ -ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΣΩΣΗΣ
4	290333	ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΑ ΔΙΑΦΛΕΒΙΚΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ
5		ΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ 141380-290104-290333 ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕΤ
6		