

ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

<u>A/A</u>	<u>ΚΩΔΙΚΟΣ</u>	<u>ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</u>
1	274677	Εμφυτεύσιμος απινιδωτής μίας κοιλότητας τύπου VVIR με ειδικό ηλεκτρόδιο με δίπολο στον κόλπο, ειδικής κατασκευής για να είναι ασφαλής σε ολόσωμη μαγνητική τομογραφία 1,5 και 3T και θύρα σύνδεσης τεχνολογίας DF-4 Συμβατότητα με μαγνητικούς τομογράφους 1,5 και 3 Tesla χωρίς περιορισμούς στη ζώνη σάρωσης Δυνατότητα ανίχνευσης της κοιλικής δραστηριότητας μέσω κοιλικού διπόλου του απινιδωτικού ηλεκτροδίου και με αισθητήρα ανίχνευσης μαγνητικού πεδίου (AUTOMRImode Διάρκεια ζωής τουλάχιστον 10 έτη. Να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας 7 έτη. Η αποδιδόμενη έξοδος του μέγιστου shock να είναι ≥ 40 J, διαθέσιμη από το 1ο shock. Η συσκευή να μπορεί να προγραμματιστεί σε τρεις τουλάχιστον ζώνες θεραπείας Ο χρόνος φόρτισης να είναι ≤ 10 sec στη μέγιστη ενέργεια. Να διαθέτει καταγραφή διαγνωστικών - στατιστικών στοιχείων. Προγράμματα ATP θεραπειών σε κάθε ζώνη. Να διαθέτει αισθητήρα προσαρμοζόμενης συχνότητας: Στη μνήμη να αποθηκεύονται επεισόδια ταχυκαρδίας και ενδοκοιλιακό καρδιογράφημα τουλάχιστον 10min. Η συσκευή να έχει τρόπο βηματοδότησης post-shock Να μπορεί να εκτελέσει ουδό βηματοδότησης
2	290104	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ -ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ,ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΣΩΣΗΣ
		ΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ 274677-290104 ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕΤ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΥ. ΚΑΜΕΡΤΣΗ Μ.Φ. ΦΩ. ΡΕΣΣ
 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ - ΑΡΡΥΘΜΟΛΟΓΟΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ε.Σ.Υ.
 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑ.Γ.Ν.Η.
 Α.Μ.: 89138 - Α.Μ.Κ.Α.: 17046900852