

ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

<u>A/A</u>	<u>ΚΩΔΙΚΟΣ</u>	<u>ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</u>
1	273072	Να διαθέτει πλαίσιο από κράμα MP35N (κοβάλτιο, νικέλιο, χρώμιο), τρίπτυχα φύλλα από βόρειο περικάρδιο και ποδιά στεγανοποίησης στον χώρο εισόδου. Καλύπτει στόμιο βαλβίδας από 270 mm ² έως 840 mm ² και παρέχει περισσότερα από 8 διαφορετικά εργοστασιακά μεγέθη βαλβίδας για την καλύτερη αναλογία βαλβίδας- ανατομίας ασθενούς. Να διαθέτει θηκάρι 14 Fr για όλα τα μεγέθη βαλβίδων από την μικρότερη έως και την μεγαλύτερη διάταση.
2		
3		

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΑΛΙΑΝΗΣ MD, PhD, FESC
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
Πα.Γ.Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΑΜΚΑ: 09076300736 - Α.Π. ΤΕΛΕΥ: 71668