

ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

<u>A/ A</u>	<u>ΚΩΔΙΚΟΣ</u>	<u>ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</u>
1	278672	ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 0,014" ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΑΚΡΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΟΣ ΜΕ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΤΥΠΟΥ M-COAT
2	287860	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΜΗ-ΔΙΑΤΑΤΑ (NON-COMPLIANT) ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥΣ 2.00 ΕΩΣ 6.00mm ΜΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗΚΗ ΓΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ.ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΔΙΑΤΑΣΗΣ 2 ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 6fr
3	48941	Καθετήρας μπαλόνι βαλβιδοπλαστικής συνεχόμενης και ελεγχόμενης ροής, 8 θαλαμών χωρίς ανάγκη ταχείας βηματοδότησης , για ειδικές ομάδες ασθενών με χαμηλό κλάσμα εξώθησης. Το μπαλόνι είναι σχεδιασμένο να προβάλλει χαμηλή αιμοδυναμική αντίσταση κατά την έκπτυξή του. Μήκος καθετήρα : 110 cm Διάμετρος μπαλονιού: 18 -26 mm Μήκος μπαλονιού : 3,5 cm Ονομαστική πίεση: 3 atm Ενδεικτική πίεση ρήξης (RBP) : 6 atm Συμβατό θηκάρι :11 F
4		
5		

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΑΛΙΑΝΔΗΣ, PhD, FESC
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Π.Ο.Γ.Ν.Η.
ΑΜΚΑ: 09076303156 - Α.Μ. ΤΣΑΥ: 71668