

ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

<u>A/ A</u>	<u>ΚΩΔΙΚΟΣ</u>	<u>ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</u>
1	332677	Παθητική Επικάλυψη από άμορφο καρβίδιο του πυριτίου Ασύμμετρη, ενεργητική επικάλυψη από βιοαπορροφήσιμο πολυλακτικό οξύ (PLLA) και Sirolimus, για στοχευμένη δράση στο ενδοθήλιο. Υψηλή προσπελασιμότητα, οδηγησιμότητα, προωθητικότητα με μειωμένες τριβές και αντοχή στην τσάκιση. Μεταβλητό πάχος δοκίδων ανάλογα με την διάμετρο, 60-80μm.
2	48150	Να έχει λεπτό σκελετό με κράμα L605 Co-Cr και Επικάλυψη με πλήρως βιοαποικοδομήσιμο πολυμερές D,L-PLLA Φαρμακευτική ουσία Rapamycin (Sirolimus) Ειδικά σχεδιασμένη ενδοαυλική επικάλυψη φαρμακευτικής ουσίας, με πάνω από 80% του stent να είναι μη επικαλυμμένο (In-groove abluminal coating) για στοχευμένη απελευθέρωση διαμέσου κελιών, με τη μικρότερη δυνατή δοσολογία φαρμάκου. Προφίλ εισαγωγής : 0,0165"
3	342905	Ενδοαγγειακό μόσχευμα περιφερικών αγγείων προφορτωμένο σε ημιδιατατό καθετήρα μπαλόνι. Να είναι πλήρως επικαλυμμένο με διπλή επίστρωση από συνθετικό υλικό ePTFE και διπλή ενδοτοιχωματική μεταλλική ενίσχυση χρωμίου- κοβάλτιου CoCr., μεγάλης ακτινικής δύναμης, διαμέτρων 5mm έως 10mm και μήκη από 27mm έως 58mm. Ο φέροντας καθετήρας να είναι 120cm. Συμβατό με οδηγό σύρμα 0,035".
4	48148	Μεταλλική ενδοπρόθεση χρωμίου κοβάλτιου με sirolimus και probucol, χωρίς πολυμερές. Με το μικρότερο πάχος δοκίδων 55μm και 65μm. Με αυξημένη ακτινοσκιερότητα και ακτινική σταθερότητα. Με μεγέθη διαμέτρου από 2.00mm έως 4.00mm και μήκος από 9mm έως 38mm.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΑΛΙΑΝΗΣ MD, PhD, FESC
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Π.Σ.Ε.Π.Η.
ΑΜΚΑ: 0907632156 - Α.Μ. ΤΣΑΥ: 71668