

**ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΤΑΙΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ
ΕΝΔΟΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
για την Ουρολογική Κλινική του ΠΑΓΝΗ**

**Τεχνικές Προδιαγραφές
Αύγουστος 2026**

Η στήλη προορίζεται για την Ουρολογική Κλινική του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου και το αίτημα γίνεται έπειτα από σχετικό αίτημα (αρ. Πρωτ. 31655 ΕΞ 2026). Το παραδοτέο (1 τεμάχιο) θα πρέπει:

1. Να διαθέτει τροχήλατη βάση πέντε τροχών,
2. Η βάση να είναι σταθερή και να μην χρειάζεται ειδικά αντίβαρα
3. Να διαθέτει κεντρική κολώνα με διαβαθμίσεις σε εκατοστά έτσι ώστε ο χρήστης να γνωρίζει επακριβώς το ύψος του κάθε άγκιστρου και κατ' επέκταση την υδροστατική πίεση
4. Να διαθέτει τέσσερα άγκιστρα, ρυθμιζόμενα σε ύψος
5. Το κάθε άγκιστρο να διαθέτει ειδικό μηχανισμό ελατηρίου που να αυξομειώνει το ύψος του
6. Το κάθε άγκιστρο να διαθέτει κομβίο ελατηρίου που να το ασφαλίζει και να το απασφαλίζει στην επιθυμητή θέση
7. Ο μηχανισμός του να είναι καθαρά μηχανικός και να μην χρησιμοποιούνται υδραυλικά ή ηλεκτρικά συστήματα.
8. Το κάθε άγκιστρο να είναι σε θέση να συγκρατήσει ασκό 10 λίτρων τουλάχιστον, συνολικά δηλαδή ασκούς 40 λίτρων.
9. Το κάθε άγκιστρο να ρυθμίζεται καθ' ύψος από 170 cm έως 260 cm περίπου.
10. Η χρήση του να είναι απλή και εύκολη για όλο το προσωπικό.

Θα κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης με παραπομπές μία προς μία προδιαγραφή στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου.

Λοιπές υποχρεώσεις

- Ο προμηθευτής αλλά και η κατασκευάστρια εταιρεία πρέπει να διαθέτουν ISO 9001 και ISO 13485 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων) με κατάθεση των αντίστοιχων πιστοποιητικών). Η προμηθεύτρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 και να συμμορφώνεται με την ΥΑ Δ3(α)4822/2025 για εμπορία, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη, ISO 14001:2015 για περιβαλλοντική διαχείριση, ISO 37001:2016 κατά της διαφθοράς, ISO 45001:2018 για την ασφάλεια και υγεία στον χώρο της εργασίας, ISO 27001:2022 για την ασφάλεια πληροφοριών και ISO 27701:2019 για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Επίσης ο προμηθευτής πρέπει να πληροί τις διατάξεις της Υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348 «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (ΦΕΚ 32/Β/16.01.2004).
- Θα πρέπει να υπάρχει στην Ελλάδα μόνιμο, πλήρες και οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης, με κατάλληλα καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό, πιστοποιημένο και εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστικό οίκο για την επισκευή και συντήρηση της προσφερόμενης συσκευής. Να γίνει περιγραφή του τμήματος τεχνικής υποστήριξης (διεύθυνση έδρας, εμπειρία, στελέχωση προσωπικού κλπ). Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης του προσωπικού από τον κατασκευαστικό οίκο της συσκευής. Θα εκτιμηθεί αν υπάρχει τμήμα τεχνικής υποστήριξης στην Κρήτη.
- Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την παραλαβή του.
- Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στην υπηρεσία ανταλλακτικά του προσφερόμενου είδους (μηχανήματος, κ.λ.π.) για 10 έτη τουλάχιστον.
- Όλα τα είδη θα είναι α' ποιότητας κατασκευής ΕΕ (πιστοποιημένα με CE mark) και θα πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης..
- Οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές και επιτρέπονται μικροαποκλίσεις από αυτές εφόσον πληρούνται οι λειτουργικές απαιτήσεις άνεσης και εργονομίας.

- Όλες οι οικονομικές προσφορές θα συνοδεύονται από πλήρες και ευκρινές φυλλάδιο παρουσίασης (προσπέκτους) καθώς και τεχνικές προδιαγραφές.
- Το νοσοκομείο έχει δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα τεχνικά στοιχεία και δείγματα για τα προσφερόμενα είδη σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού. Η προσκόμιση, αποστολή, επιστροφή των ειδών προς εξέταση γίνεται με κίνδυνο και δαπάνη του υποψηφίου Προμηθευτή.
- Το νοσοκομείο έχει δικαίωμα να απορρίψει οικονομική προσφορά για λόγους πέραν από το ύψος της βασιζόμενο σε κριτήρια γενικότερης εμφάνισης, αντοχής και ποιότητας φινιρίσματος, είτε σε κριτήρια τα οποία προκύπτουν έπειτα από την άμεση αντίληψη και επί τόπου εξέταση των προσφερομένων ειδών.
- Στην οικονομική προσφορά συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά στο σημείο ακριβώς που θα υποδειχθεί, η συναρμολόγηση, η τυχόν προσωρινή αποθήκευση, νεκροί χρόνοι και γενικά κάθε είδους παράπλευρη δαπάνη. Επίσης συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μικροεξαρτήματα, υλικά συνδέσεων, μικροεργασίες και μικροϋλικά επί τόπου της θέσης εγκατάστασης. Τα είδη παραδίδονται αποσυσκευασμένα και πλήρως συναρμολογημένα, τα δε υλικά συσκευασίας απομακρύνονται από τον Προμηθευτή.
- Στην επιλογή των ειδών βαρύνουσα γνώμη έχει η Ουρολογική Κλινική και η Νοσηλευτική Υπηρεσία. Προσφερόμενα είδη τα οποία δεν θα είναι τεκμηριωμένα αποδεκτά από την Κλινική ή τη Νοσηλευτική Υπηρεσία, θα απορρίπτονται.
- Ως χρόνος παράδοσης των παραπάνω ειδών ορίζονται οι **60** εργάσιμες ημέρες.
- Δημοσίευση των προδιαγραφών αυτών ισοδυναμεί με αποδοχή τους από την Ουρολογική Κλινική και τη Νοσηλευτική Υπηρεσία.

Για την Τεχνική Υπηρεσία
Α. Κατσαράκης